



105 KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY
Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH



Żary, dnia 7 sierpnia 2026 r.

Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-22/K/2026/WG

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie okresowych przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu RTG oraz dwóch tomografów komputerowych wraz z wykonaniem testów specjalistycznych”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2026 poz. 793 – dalej: „ustawa Pzp”) **udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: „SWZ”).

PAKIET I

Dotyczy Formularzy Asortymentowo-Cenowych

Pytanie nr 1 Jakie są terminy wykonania testów dla każdego z urządzeń RTG wyszczególnionych w obu Częściach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Terminy wykonania testów dla każdego z urządzeń RTG zostały przedstawione w tabeli poniżej. Wskazane daty oznaczają termin pierwszego przyjazdu Wykonawcy w celu rozpoczęcia realizacji usług dla danego urządzenia.

Terminy dla części nr 1

II. Wykonanie testów specjalistycznych aparatury i sprzętu		Nr seryjny	Termin wykonania testów
1.	Mammograf- Selenia Dimmensions (z wyposażeniem)	SDM131501221	14.08.2027
2.	Aparat RTG ogólnodiagnostyczny- Calipso (z wyposażeniem)	01653	29.10.2026
3.	Aparat RTG OEC One – ramie C	BB6SV2000339HL	29.10.2026
4.	Aparat RTG Practix 160 – mobilny	P3-821	29.08.2026
5.	Aparat RTG ogólnodiagnostyczny Multix Axioon (z wyposażeniem)	1125	29.10.2026
6.	Aparat RTG TX 16 MLP – mobilny	G68427	29.08.2026
7.	Aparat RTG przewoźny DRAGEM JADE – 40	DXO22A0287A	29.08.2026
8.	Angiograf Azurion 7 M12 (z wyposażeniem)	331	27.05.2027
9.	Aparat RTG DRX REVOLUTION (z wyposażeniem)	9177	29.10.2026
10.	Aparat RTG cyfrowy -Philips Radiography 7300 (z wyposażeniem)	24860172	28.04.2027
11.	Aparat RTG ramię C OEC ONE ASD	BBASB2500279 HL	gru.26

Terminy dla części nr 2

II. Wykonanie testów specjalistycznych aparatury i sprzętu		Nr seryjny	Termin wykonania testów
1	Tomograf komputerowy- Aquilion Prime SP (z wyposażeniem)	5KA2062175	10.04.2027
2	Tomograf komputerowy- Optima CT 520 (z wyposażeniem)	CBDBG 2100004HM	14.08.2027

Dotyczy Formularzy Asortymentowo-Cenowych

Pytanie nr 2 Co oznacza określenie „z wyposażeniem”? Czy chodzi o monitory a

jeśli tak proszę o doprecyzowanie ilości monitorów dla każdego z urządzeń RTG w obu Częściach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że określenie „z wyposażeniem” oznacza wszystkie urządzenia peryferyjne i towarzyszące, stanowiące integralną część danego zestawu diagnostycznego, niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania (w szczególności: stacje sterujące, komputery dedykowane, konsole operatorskie oraz monitory diagnostyczne). W odniesieniu do pytania o monitory Zamawiający przedstawia poniżej zestawienie ich występowania oraz dokładnej liczby dla poszczególnych aparatów w podziale na Części zamówienia:

Część nr 1

II. Wykonanie testów specjalistycznych aparatury i sprzętu		Nr seryjny	Ilości monitorów opisowych
1.	Mammograf- Selenia Dimmensions (z wyposażeniem)	SDM13150122 1	3 szt
2.	Aparat RTG ogólnodiagnostyczny- Calipso (z wyposażeniem)	01653	-
3.	Aparat RTG OEC One – ramie C	BB6SV200033 9HL	-
4.	Aparat RTG Practix 160 – mobilny	P3-821	-
5.	Aparat RTG ogólnodiagnostyczny Multix Axioon (z wyposażeniem)	1125	2 szt. (wspólne z TK CT 520)
6.	Aparat RTG TX 16 MLP – mobilny	G68427	-
7.	Aparat RTG przewoźny DRAGEM JADE – 40	DXO22A0287 A	-
8.	Angiograf Azurion 7 M12 (z wyposażeniem)	331	3 szt.
9.	Aparat RTG DRX REVOLUTION (z wyposażeniem)	9177	-
1	Aparat RTG cyfrowy -Philips	24860172	1 szt.

0.	Radiography 7300 (z wyposażeniem)		
11	Aparat RTG ramię C OEC ONE ASD	BBASB250027 9 HL	-

Część nr 2

II. Wykonanie testów specjalistycznych aparatury i sprzętu		Nr seryjny	Ilości monitorów opisowych
1	Tomograf komputerowy- Aquilion Prime SP (z wyposażeniem)	5KA2062175	2 szt.
2	Tomograf komputerowy- Optima CT 520 (z wyposażeniem)	CBDBG 2100004HM	2 szt. (wspólne z RTG Multix)

Dotyczy Formularzy Asortymentowo-Cenowych

Pytanie nr 3 Czy mammograf uczestniczy w programie skryningu raka piersi a jeśli tak to czy Zamawiający oczekuje uwzględnienia w cenie dodatkowych testów dla realizatorów programu skryningu raka piersi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Mammograf uczestniczy w programie skryningu raka piersi wobec czego wymaga uwzględnienia w cenie testów niezbędnych do realizacji programu. Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Dotyczy SWZ Kryteria oceny ofert

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający usunie bądź zmodyfikuje w kryterium oceny posiadanie autoryzacji producenta oraz dysponowanie technikiem/inżynierem serwisu jako kryteria nie mające zastosowania do usługi pomiarowej jaką są testy specjalistyczne RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ani modyfikację wskazanego kryterium/wymogu w zakresie posiadania autoryzacji producenta oraz dysponowania inżynierem serwisu. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zarówno Zadania nr 1, jak i Zadania nr 2 jest usługa kompleksowa, obejmująca dwa elementy: wykonanie

przeglądów technicznych (serwisowych) oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatury objętej poszczególnymi zadaniami. Wymóg dysponowania autoryzacją producenta oraz wykwalifikowanym inżynierem/technikiem serwisu odnosi się bezpośrednio do części serwisowej zamówienia (wykonania przeglądów technicznych i konserwacji aparatów RTG i TK).

Dotyczy PPU

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający zmodyfikuje Umowę bądź przygotuje Umowę dedykowaną do specyfikacji usługi pomiarowej jaką są testy specjalistyczne urządzeń RTG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy ani na przygotowanie odrębnego wzoru umowy dedykowanego wyłącznie usłudze pomiarowej. Zamawiający podtrzymuje stanowisko, że przedmiotem zamówienia dla każdego z zadań jest jedna, kompleksowa usługa obejmująca zarówno przegląd techniczny (serwisowy), jak i wykonanie testów specjalistycznych aparatury. Wzór umowy załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) został przygotowany w sposób zabezpieczający realizację całego przedmiotu zamówienia we wszystkich jego aspektach.

Zapisy umowy należy interpretować oraz stosować odpowiednio do charakteru realizowanego w danym momencie etapu prac (czynności serwisowo-konserwacyjnych lub pomiarowo-kontrolnych). Podział odpowiedzialności oraz wewnętrznych procedur pomiędzy inżynierem serwisu a fizykiem medycznym (lub laboratorium pomiarowym) leży w gestii Wykonawcy, który składa jedną, całościową ofertę na dane zadanie.

PAKIET II

Dotyczy Formularzy Asortymentowo-Cenowych

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu „z wyposażeniem” użytego w Sekcji I oraz Sekcji II formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) dla pozycji:

1. Tomograf komputerowy Aquilion Prime SP (nr seryjny: 5KA2062175, rok prod. 2021).

2. Tomograf komputerowy Optima CT 520 (nr seryjny: CBDBG 2100004HM, rok prod. 2020).

Prosimy o wskazanie szczegółowego wykazu urządzeń i elementów wchodzących w skład wyżej wymienionego wyposażenia, które wykonawca ma objąć przeglądem serwisowym oraz testami specjalistycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poniżej przedstawia wykaz urządzeń i elementów wchodzących w skład niżej wymienionego wyposażenia

1. Tomograf komputerowy Aquilion Prime SP (nr seryjny: 5KA2062175, rok prod. 2021):
 - Konsola operatorska
 - Konsola diagnostyczna
 - Interkom dwukierunkowy
 - Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu
 - Stacja diagnostyczna x 2
 - Monitor EKG
2. Tomograf komputerowy Optima CT 520 (nr seryjny: CBDBG 2100004HM, rok prod. 2020):
 - Konsola operatorska

Dotyczy Formularzy Asortymentowo-Cenowych

Pytanie nr 2 Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie tomografu komputerowego Optima CT 520 z Części nr 2 zamówienia jako osobnego zadania (pakietu). Wykonawca specjalizujący się w autoryzowanej obsłudze aparatów jednej marki nie posiada uprawnień ani narzędzi do serwisowania aparatów drugiego producenta. Nakazanie wyceny obu aparatów łącznie uniemożliwia podmiotom wyspecjalizowanym w danej marce udział w postępowaniu. Stanowi to naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych). W związku z powyższym czy Zamawiający dokona modyfikacji dokumentacji i wydzieli tomograf Optima CT 520 do osobnego zadania, umożliwiając wykonawcom złożenie oferty wyłącznie na aparat Aquilion Prime SP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tomografu komputerowego Optima CT 520 z Części nr 2 zamówienia jako osobnego zadania.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻONYM TERMINIE SKŁADANIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o pełnych 5 dni od dnia udostępnienia niniejszej informacji, tj.:

z wtorek, 11 sierpień 2026 r. na czwartek, 13 sierpień 2026 r.

oraz wyznacza nowy termin związania ofertą, tj.: środa, 9 wrzesień 2026 r.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp dokonał również zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, którą zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych, z jednoczesną

ZATWIERDZONO

(zatwierdzenia dokonano na oryginale
Zamawiającego w wersji papierowej)

.....

Wykonano w 1 egz. - ad acta

Sporządziła Wiktoria Gabriel

tel. 68 470 78 74

e-mail: przetargi@105szpital.pl

T:2612