

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Jana Jonstona
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno
DZ-751-70/26

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na: Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczące Załącznika nr 23.3 Wzór umowy

Prosimy o wprowadzenie poniższych zmian:

1. Par. 9 ust 4- Prosimy o wydłużenie czasu reklamacji jakościowej do 10 dni.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
2. Par. 9 ust 5 – Prosimy o dodanie:
„odstąpienie wymaga wcześniejszego wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, 7-dniowego terminu.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
3. Par. 9 – Prosimy o dodanie ust. 8 w brzmieniu:
„Odpowiedzialność Stron z tytułu umowy jest ograniczona do 100% wartości umowy.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
4. Par. 9 – Prosimy o dodanie ust. 9 w brzmieniu:
„Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytania dotyczące Załącznika nr 23.2 3, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, Pakiet nr 3

1. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?
Odp. Zamawiający nie wymaga aby zawór dozujący oraz i zawór wydechowy z filtrem były od jednego producenta. Zaoferowane zawory muszą być kompatybilne ze sobą, muszą spełniać wymogi do podawania mieszaniny 50% tlen i 50% podtlenek azotu oraz muszą być zatwierdzone do stosowania.
2. Czy przedmiotem oferty ma być zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, który jest wyposażone w dodatkowe uszczelnienie, zapewniające wydajniejsze (mniejsze zużycie) i bezpieczniejsze (brak kontaktu mieszaniny z bezpośrednim otoczeniem) użytkowanie w/w mieszaniny?

Odp. Nie ma takiego wymogu. Należy zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ.

3. Czy gaz medyczny do znieczulania (mieszanina 50% v/v podtlenku azotu i 50 % v/v tlenu pod ciśnieniem 170 bar w 15°C) ma być dostarczany w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym, wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu w co najmniej w 12 różnych zakresach wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

Odp. Nie ma takiego wymogu. Należy zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ.

4. Czy, w trosce o zachowanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych, a także w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące ich stosowania i przy jednoczesnym wspieraniu innowacyjnych rozwiązań, zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej (50% tlenu i 50% podtlenku azotu) powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby jego użycie zawsze wymagało zastosowania dodatkowego zabezpieczenia przed kontaminacją – w postaci jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem – bez którego podanie mieszaniny byłoby niemożliwe?

Odp. Nie ma takiego wymogu. Należy zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ.

5. Czy mieszanina gazów w proporcji 50% podtlenku azotu w mieszaninie z 50% tlenu ma posiadać według zapisów ChPL wskazania do osiągnięcia efektu przeciwbólowego m.in. w autoanalgezji okołoporodowej wywołanej płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości. (Analgezja, znieczulenie – zjawisko zniesienia czucia bólu Okres okołoporodowy, okres perinatalny – okres w życiu człowieka obejmujący ostatni trymestr ciąży, sam poród oraz pierwsze siedem dób życia pozamacicznego.)

Odp. Zaoferowana mieszanka gazów może posiadać takie wskazanie. Należy zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art. 286 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych przesunął termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert na następujący:

→ Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2026r. o godz. 09:30

→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.08.2026r. o godz. 10:00

Jednocześnie zmienia się termin związania ofertą podany w punkcie 14.1 SWZ na następujący:

14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 17.09.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

**z upoważnienia
Dyrektora WSW w Lesznie**

Zastępcy Dyrektora
ds. Technicznych
Zbigniew Spirałski