

DZP-271-59/26

Brzesko, dnia 12.08.2026 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Zdrowotnej w Brzesku,

ul. Kościuszki 68

32-800 Brzesko

ODP. nr 1**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793), zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej nierównej i nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, na: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Zespołu Poradni Specjalistycznych”, ogłoszonego w BZP pod numerem: 2026/BZP 00381285/01 z dnia 06.08.2026 r.

Pytanie nr 1. Zadanie nr 3, zał. 1.3 - formularz ofertowy – opis przedmiotu zamówienia, tabela pkt. 1.16

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza, aby wymagane etui/torbę transportową zastąpić oryginalnym, dedykowanym kartonem transportowym producenta urządzenia?

Ze względu na masę urządzenia wynoszącą około 17 kg oraz konieczność zapewnienia jego odpowiedniej stabilności i ochrony podczas transportu, dedykowany karton producenta, wyposażony w odpowiednio dopasowane elementy zabezpieczające, stanowi najbezpieczniejszą formę transportu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie zostanie uznane za równoważne i zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Pozycja nr 1 - Zestaw do prób wysiłkowych serca, bieżnia, cykloergometr

2.1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pomiar ciśnienia tętniczego realizowany jest za pomocą zewnętrznego urządzenia pomiarowego, a uzyskany wynik jest następnie wprowadzany do aplikacji systemu i uwzględniany w dokumentacji badania?

2.2. Czy Zamawiający dopuści cykloergometr o zakresie obrotów 5-150 obr/min?

2.3. Pozycja nr 2 –Holter EKG– 6 kpl: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia osobnej licencji/egzemplarza oprogramowania do każdego oferowanego rejestratora, czy też dopuszcza rozwiązanie, w którym jedna instalacja/licencja oprogramowania umożliwia obsługę i analizę danych z wielu rejestratorów, bez ograniczenia ich liczby?

ODP. 2.1 Zamawiający dopuszcza.

2.2 Zamawiający dopuszcza.

2.3 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Zapytanie do Zadanie nr 3- Koncentratory tlenu. Czy dopuszczają Państwo koncentrator tlenu, który spełnia wszystkie wymagania, oprócz jednego 'etui/ torba transportowa'? Z racji, że jest to koncentrator do użytku domowego, a nie przenośny, trudno o etui/ torbę do transportu.

ODP. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Z up. Dyrektora SP ZOZ w Brzesku –

mgr Elżbieta Gasińska-Batko

Kierownik Działu Zamówień Publicznych