

Zelów, 12 sierpnia 2026 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

w zakresie Załącznika nr 3 Pakiet nr 7 – Dermatoskop

Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie
Nazwa postępowania:	Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”
Identyfikator postępowania:	ocds-148610-977aae15-1963-4513-9cf2-e695afa31738
Nr ogłoszenia w BZP:	2026/BZP 00383595/01

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania dotyczące treści dokumentów zamówienia oraz, w zakresie wskazanym poniżej, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści tryby pracy spolaryzowany krzyżowo, spolaryzowany liniowo i UV? (Dermatoskopia kontaktowa i bezkontaktowa. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze uwidocznienie struktur zależnych od polaryzacji.)

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza dermatoskop wyposażony w tryby pracy: polaryzacja krzyżowa, polaryzacja liniowa oraz UV, umożliwiające wykonywanie dermatoskopii kontaktowej i bezkontaktowej, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych dla Części nr 7 w dokumentach zamówienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zamiast jednorazowych nakładek stosowanie jednorazowych dedykowanych folii ochronnych (ważne ze względu na zapobieganie zakażeniom oraz zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem optyki)?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednorazowych, dedykowanych folii ochronnych zamiast jednorazowych nakładek, pod warunkiem że są one przeznaczone przez producenta oferowanego dermatoskopu do stosowania z tym urządzeniem oraz zapewniają ochronę powierzchni mającej kontakt z pacjentem i zabezpieczenie optyki przed zanieczyszczeniem, w sposób właściwy dla zgodnego z przeznaczeniem i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

ZMIANA TREŚCI SWZ / OPZ

Powyższe odpowiedzi w zakresie, w jakim rozszerzają katalog dopuszczalnych rozwiązań technicznych, stanowią zmianę treści dokumentów zamówienia dotyczących Części nr 7 – Dermatoskop. Od dnia publikacji niniejszego pisma przy ocenie zgodności oferowanego urządzenia z OPZ należy uwzględniać również rozwiązania dopuszczone w odpowiedziach na pytania nr 1 i 2.

Pozostałe postanowienia SWZ i jej załączników pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część dokumentów zamówienia.