

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 3 – wagi

Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie
Postępowanie:	„Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego” w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”
Numer referencyjny:	1.2026

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

Pakiet nr 3 – wagi – poz. 2 – waga z analizatorem masy ciała, l.p. 18. Czy Zamawiający dopuści elektroniczny wzrostomierz zintegrowany z wagą, o zakresie pomiarowym 120–200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w Pakiecie nr 3, poz. 2, zgodnie z którym waga musi być wyposażona w elektroniczny wzrostomierz o minimalnym zakresie pomiarowym 60–210 cm.

Pytanie 2

Pakiet nr 3 – wagi – poz. 2 – waga z analizatorem masy ciała, l.p. 18. Czy Zamawiający dopuści mechaniczny wzrostomierz o zakresie pomiarowym 60–210 cm, bez funkcji automatycznego przesyłania wyniku do analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w Pakiecie nr 3, poz. 2, zgodnie z którym waga musi być wyposażona w elektroniczny wzrostomierz o minimalnym zakresie pomiarowym 60–210 cm. Tym samym wzrostomierz mechaniczny nie spełnia wymagań określonych w OPZ dla tej pozycji.

Pytanie 3

Pakiet nr 3 – wagi. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia stacjonarnego, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską oraz szkolenie personelu w formie online?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje warunki realizacji zamówienia wynikające z Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, w szczególności w zakresie dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalacji/montażu, pierwszego uruchomienia sprzętu oraz instruktażu stanowiskowego personelu, w zakresie mającym zastosowanie do sprzętu objętego Pakietem nr 3. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia tych czynności wyłącznie wysyłką kurierską i szkoleniem online.

Niniejsze odpowiedzi nie powodują zmiany treści SWZ ani załączników do SWZ. Pozostałe postanowienia dokumentów zamówienia pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część dokumentów zamówienia.

Zamawiający