

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

### Pakiet nr 1 – Aparat USG wszechstronny

|                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający:</b>                | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie                                                                                               |
| <b>Nazwa postępowania:</b>         | „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego” w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” |
| <b>Numer sprawy:</b>               | 1.2026                                                                                                                                                 |
| <b>Identyfikator postępowania:</b> | ocds-148610-977aae15-1963-4513-9cf2-e695afa31738                                                                                                       |

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy dotyczące Pakietu nr 1 oraz w zakresie wskazanym poniżej zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia.

#### Pytanie 1

*Pkt 4 Parametry – Prosimy o dopuszczenie aparatu USG, który posiada dotykowy wyświetlacz do sterowania o przekątnej wielkości powyżej 13 cali, spełniający pozostałe wymagania. Różnica poniżej 2 cali nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego. Aparat posiada natomiast monitor LED powyżej 23” do obrazowania USG.*

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza aparat USG wyposażony w dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej minimum 13 cali, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w pkt 4 OPZ, w szczególności dotyczących minimalnej rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli oraz wymaganych funkcjonalności wyświetlacza. Pozostałe wymagania OPZ pozostają bez zmian.

#### Pytanie 2

*Pkt 60 – Prosimy o dopuszczenie aparatu z głowicą convex o kącie pola obrazowego głowicy 73 stopnie. Różnica 1 stopnia nie ma żadnego wpływu na wartość diagnostyczną aparatu. Pozostałe parametry głowicy są spełnione.*

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza głowicę convex o kącie pola obrazowego minimum 73 stopnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów określonych w pkt 60 OPZ.

#### Pytanie 3

*Pkt 61, 62 – Prosimy o dopuszczenie aparatu z głowicą kardiologiczną i liniową o 3 częstotliwościach pracy dla obrazowania harmonicznego. Pozostałe parametry głowic są spełnione.*

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza głowicę kardiologiczną oraz głowicę liniową posiadające minimum 3 częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów określonych odpowiednio w pkt 61 i 62 OPZ.

### ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia treść OPZ dla Pakietu nr 1 w następującym zakresie:

- pkt 4 – przekątna dotykowego wyświetlacza do sterowania: minimum 13 cali;
- pkt 60 – kąt pola obrazowego głowicy convex: minimum 73 stopnie;
- pkt 61 – liczba częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego głowicy kardiologicznej: minimum 3;
- pkt 62 – liczba częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego głowicy liniowej: minimum 3.

Pozostałe postanowienia SWZ i jej załączników pozostają bez zmian.

**Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część dokumentów zamówienia.**

Zamawiający:

Michał Piątkowski  
Dyrektor SPZOZ w Zelowie