



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

DZP-271-60/26

Brzesko, dnia 14.08.2026 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

ODP. nr 1

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793), zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej nierównej i nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, na: „Dostawa sprzętu oftalmologicznego na potrzeby Zespołu Poradni Specjalistycznych”, ogłoszonego w BZP pod numerem: 2026/BZP 00385429/01 z dnia 10.08.2026 r.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1. (Zadanie nr 3, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści pachymetrię w zakresie pomiarowym 400-800 µm?

ODP. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2. (Zadanie nr 3, poz. 10) Czy Zamawiający w zakresie parametru lp.10 uznaje za spełniony wymóg posiadania trybu oszczędzania energii w przypadku zaoferowania urządzenia wyposażonego w tryb uśpienia z możliwością konfiguracji czasowej (np. 5 min / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min)?

ODP. Tak.

Pytanie nr 3. (Zadanie nr 3, poz. 11) Czy Zamawiający dopuści oddzielny interfejs pozwalający na ustawienie bezpiecznej odległości pomiaru?

ODP. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Pytania nr 4. (Zadanie nr 3, poz. 13) Czy Zamawiający, wskazując w wymaganiu „możliwość zmiany formuły kompensacyjnej ciśnienia wewnątrzgałkowego w stosunku do grubości rogówki”, dopuści rozwiązanie, w którym użytkownik ma możliwość wprowadzenia/zmiany współczynnika korekcyjnego wykorzystywanego przez aparat do obliczania wartości skorygowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) w zależności od grubości rogówki (CCT)?

ODP. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5. dotyczy części nr 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy szczelinowej o nieznacznie zmienionych parametrach jak poniżej:

Lp. 3 – Oświetlenie: lampa moduł LED 3V (temperatura barwowa LED: 3000-4000)

Lp. 6 – możliwość rozbudowy o system cyfrowy z przyciskiem w bezpośrednim usytuowaniu yosticku

Lp. 9 – Filtry: Filtr pochłaniający ciepło, bez czerwieni, kobaltowy niebieski, wbudowany żółty filtr

Lp. 11 – miejsce na trzymanie rąk pacjenta (bez dedykowanego uchwytu)

Lp. 12 – waga 16 kg

LP. 14 – stolik elektryczny z blatem o wymiarach 430x600 mm

Lp. 15 – zakres regulowanej wysokości blatu 830-580 mm

ODP. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie 6. dotyczy zadania nr 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tonometru o poniższych parametrach:

Prosimy o dopuszczenie tonometru o parametrach wymienionych poniżej:

- Fabrycznie nowy, nieużywany
- Tonometr bezkontaktowy z wbudowanym pachymetrem
- Wyświetlanie wartości wyniku tonometrycznego dla danego oka, skorygowanego o grubość rogówki
- Zakres pomiarowy ciśnienia śródocznego 0-60mmHg (krok 0.5 mmHg)
- Dopasowanie intensywności strumienia powietrza do każdego pacjenta – lepszy komfort pomiaru
- Światło pomiaru pachymetrycznego Dioda LED długość fali 950 nm. Pomiar grubości rogówki wykonywany przy pomocy kamery Scheimpfluga
- Zakres pomiarowy pachymetrii 300-1300 um (krok 1 um)
- Możliwość podejrzenia na ekranie monitora obraz przekroju rogówki
- Podbródek regulowany elektrycznie przyciskami na panelu sterowania
- Sterowanie głowicy pomiarowej za pomocą joystica
- Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zetknięciem się głowicy pomiarowej z okiem pacjenta
- Pomiar automatyczny. Dodatkowo możliwość przełączenia trybu pomiaru w tryb manualny
- Mniejsze ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego dzięki innowacyjnej technologii
- Wbudowana drukarka termiczna
- Waga urządzenia 19 kg
- W zestawie stolik z blatem podnoszonym elektrycznie, przejezdny z dwoma kółkami

z blokadą

- Wbudowane oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie systemu
- Wi-Fi, LAN
- Baza danych – pojemność do 3500 pacjentów x 100 badań x 3 pomiary (dla każdego oka)
- Kolorowy dotykowy ekran LCD 7 cali

ODP. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

*Z up. Dyrektora SP ZOZ w Brzesku –
mgr Elżbieta Gasińska-Batko
Kierownik Działu Zamówień Publicznych*