

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn: Zakup sprzętu do dezynfekcji

Znak sprawy: DZ-751-71/26

W nawiązaniu do art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy na czas montażu lamp bakteriobójczych pomieszczenia OIOM zostaną wyłączone z ruchu?
Jeśli nie, poprosimy o podanie w jaki sposób serwis ma operować między pacjentami?

Odp. Sale na Oiom-ie nie zostaną wyłączone z użytkowania. Podczas instalacji na Oiom-ie szczególnie istotne będzie ustalenie organizacji prac z zespołem kontroli zakażeń, personelem medycznym i osobą odpowiedzialną za instalacje/techniczne bezpieczeństwo.

2. Prosimy o rozważenie dopuszczenia lamp bakteriobójczych montowanych na statywie?
Uzasadnienie. Obiektywnie bardzo duże problemy z montażem a także eksploatacją, lampy będą świeciły bezpośrednio nad łózkami z pacjentami.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza lamp na statywie.

Z poważaniem

DYREKTOR
WSW w Lesznie