

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn: Zakup sprzętu do dezynfekcji

Znak sprawy: DZ-751-71/26

W nawiązaniu do art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pakiet 3- lampa bakteriobójcza sufitowa - Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach: 500 x 85 x 135 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 3- lampa bakteriobójcza sufitowa - Poprosimy o szczegóły warunków technicznych montażu lamp bakteriobójczych. Dostawca musi wiedzieć czy urządzenie ma być zasilane poprzez przewód instalacyjny podłączony do puszki elektrycznej czy poprzez przewód z wtyczką jak np. żelazko.

Odp. W celu ustalenia szczegółowych warunków technicznych montażu lamp bakteriobójczych Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej. Pozwoli ona na ocenę istniejącej instalacji elektrycznej oraz ustalenie sposobu zasilania urządzeń – poprzez przewód instalacyjny podłączony do puszki elektrycznej lub przewód zakończony wtyczką.

Z poważaniem

DYREKTOR
WSW w Lesznie