



Ruda Śląska, 14.08.2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.

Zamawiający - Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7, działając na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 oraz 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji jej treści.

Zapytanie nr 3

Pytanie nr 1

Część 4 - Waga medyczna dla niemowląt - zasilanie i mobilność

Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą zasilaną bateryjnie zamiast akumulatorowo?

Zasilanie bateryjne jest rozwiązaniem praktycznym i wygodnym w codziennym użytkowaniu, ponieważ nie wymaga pamiętania o wcześniejszym ładowaniu urządzenia. W przypadku rozładowania baterii można je szybko wymienić i od razu kontynuować pracę, bez konieczności oczekiwania na naładowanie akumulatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza wagi niemowlęcej zasilanej bateryjnie zamiast akumulatorowo.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodnie z dokumentacją postępowania. Wymóg ten wynika z potrzeb Zamawiającego związanych z zapewnieniem odpowiedniej funkcjonalności i sposobu eksploatacji urządzenia.

Pytanie nr 2

Część 4 - Waga medyczna dla niemowląt - zasilanie i mobilność

Czy Zamawiający dopuści wagę ze złączem USB zamiast RS232?

USB jest obecnie powszechnie stosowanym i wygodnym standardem komunikacji z komputerem. Zapewnia prawidłowe przesyłanie danych i nie ogranicza funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza wagę wyposażoną w złącze USB, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów i funkcjonalności urządzenia określonych w dokumentacji postępowania.

W Załączniku nr 3 dla części 4 jest:

- Komunikacja zewnętrzna: Wbudowane złącze komunikacyjne typu RS232, umożliwiające podłączenie wagi do komputera, drukarki paragonów lub integrację z placówkowym systemem medycznym.

Zamawiający zmienia na:

- Komunikacja zewnętrzna: Wbudowane złącze komunikacyjne typu RS232 bądź USB, umożliwiające podłączenie wagi do komputera, drukarki paragonów lub integrację z placówkowym systemem medycznym.

Pytanie nr 3

Część 5 - Waga z analizatorem masy ciała - mobilność i konstrukcja

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 12 kg?

Urządzenie nadal pozostaje mobilne i może być wygodnie przenoszone oraz transportowane w dedykowanej torbie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o masie 12 kg.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w dokumentacji postępowania, zgodnie z którym masa urządzenia nie może przekraczać 7 kg.

Pytanie nr 4

Część 5 - Waga z analizatorem masy ciała - system elektrod

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w elektrody chwytne dla rąk oraz elektrody platformowe dla stóp, na których pacjent staje podczas pomiaru?

Takie rozwiązanie jest standardowo stosowane w analizatorach składu ciała, zapewnia prawidłowy kontakt elektrod z kończynami oraz wygodne wykonanie pomiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące systemu elektrod określone w dokumentacji postępowania.

Pytanie nr 5

Część 5 - Waga z analizatorem masy ciała - system elektrod

Czy Zamawiający dopuści analizator składu ciała bez funkcji wyliczania wskaźnika WHR?

Wskaźnik WHR ma charakter dodatkowy i nie jest niezbędny do prawidłowej analizy składu ciała. Brak tej funkcji nie wpływa na dokładność pomiaru ani na zakres podstawowych parametrów ocenianych przez analizator.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza analizatora składu ciała bez funkcji wyliczania wskaźnika WHR. Funkcja ta pozostaje wymagany parametrem urządzenia zgodnie z dokumentacją postępowania.

Pytanie nr 6

Część 6 - Waga medyczna ze wzrostomierzem - podziałka

Czy Zamawiający dopuści wagę z podziałką jednozakresową 100 g w całym zakresie do 300 kg? Jest to parametr korzystniejszy dla zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza wagę z podziałką jednozakresową 100 g w całym zakresie pomiarowym do 300 kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w dokumentacji postępowania.

W Załączniku nr 3 dla części 4 jest:

- Podziałka (dokładność pomiaru): Dwuzakresowa, automatyczna: 100 g oraz 200 g. Wzrostomierz w zestawie: Teleskopowy, mechaniczny (wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium), montowany bezpośrednio do kolumny wagi.

Zamawiający zmienia na:

- Podziałka (dokładność pomiaru): Dwuzakresowa, automatyczna: 100 g oraz 200 g lub podziałka jednozakresowa 100 g w całym zakresie pomiarowym do 300 kg. Wzrostomierz w zestawie: Teleskopowy, mechaniczny (wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium), montowany bezpośrednio do kolumny wagi.

Pytanie nr 7a

Część 7 - Elektroniczna waga dla niemowląt - przenośna - mobilność i obudowa

Czy Zamawiający dopuści wagę o wysokości całkowitej 125 mm zamiast 120 mm?

Różnica wynosząca 5 mm jest niewielka i nie wpływa na funkcjonalność ani mobilność urządzenia. Waga nadal może być wygodnie przenoszona i mieści się w dedykowanej torbie transportowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza wagę o wysokości całkowitej 125 mm zamiast 120 mm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów urządzenia.

W Załączniku nr 3 dla części 4 jest:

Konstrukcja o małej wysokości gabarytowej (maksymalnie do 12 cm wysokości), ułatwiająca chowanie urządzenia do torby transportowej.

Zamawiający zmienia na:

Konstrukcja o małej wysokości gabarytowej (maksymalnie do 125 mm wysokości), ułatwiająca chowanie urządzenia do torby transportowej.

Pytanie nr 7b

Część 7 - Elektroniczna waga dla niemowląt - przenośna - mobilność i obudowa

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie 4,1 kg zamiast 4,0 kg?

Różnica wynosząca jedynie 0,1 kg jest nieznaczna i nie wpływa na mobilność ani komfort przenoszenia urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza wagę o masie 4,1 kg zamiast 4,0 kg, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów urządzenia.

W Załączniku nr 3 dla części 4 jest:

Niska masa własna urządzenia - waga netto całego urządzenia nie może przekraczać 4 kg.

Zamawiający zmienia na:

Niska masa własna urządzenia - waga netto całego urządzenia nie może przekraczać 4,1 kg.

Pytanie nr 8

Części 3, 4, 5, 6 i 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu, i szkolenia stacjonarnego, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu. Szkolenie personelu proponujemy w formie szkolenia online które jest tak samo skuteczne, a pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. Akceptacja w.w. próśb uczyni ofertę znacznie korzystniejszą ekonomicznie i bardziej przyjazną dla środowiska redukując niepotrzebnie tworzony ślad węglowy powstały z niepotrzebnym przyjazdem pracownika sprzedawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w załączniku nr 3 jednoznacznie wskazał, iż

„Przedmiot zamówienia należy dostarczyć, zainstalować oraz przeprowadzić szkolenie dla 3 użytkowników (o ile przedmiot zamówienia tego wymaga).”

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń objętych wskazanymi częściami za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w formie zdalnej (on-line).

Zamawiający dopuszcza również odstępianie od stacjonarnego uruchomienia i montażu urządzeń, o ile dostarczony sprzęt nie wymaga specjalistycznego montażu lub uruchomienia przez autoryzowany personel i może zostać prawidłowo oraz bezpiecznie przygotowany do użytkowania przez Zamawiającego zgodnie z instrukcją producenta.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń kompletnych, sprawnych, gotowych do użytkowania oraz za przekazanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, instrukcji i informacji niezbędnych do ich prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, a co za tym idzie zmiany nw. zapisów SWZ:

Rozdział XXIII

Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej - [bezpośredni link do postępowania¹](#)
nie później niż do dnia **20.08.2026r. do godziny 12:00⁰⁰**

¹ <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8549e5aa-5446-408f-a7d2-6e64c94daaef>

Uwaga. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

(...)

Rozdział XXIV **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą upływa w dniu **18.09.2026r.**

Rozdział XXV **Termin otwarcia ofert, czynności związane z otwarciem ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.08.2026r.**, o godzinie **12:15**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

(...)

Dokument podpisany przez:
Kierownik Przychodni
Grażyna Kałamaga

Rozdzielnik:

- internetowa strona prowadzonego postępowania,
- aa.