

RKW.2026.00356

Mikołów, 17 sierpnia 2026r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym ZP/8/2026 na zadanie: **„Dzierżawa analizatora do badań metodą ELISA wraz z czytnikiem, do badań metodą BLOT wraz z czytnikiem oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

I

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 3 zestawienie asortymentowo cenowe; Parametr.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie Paneli alergologicznych do odrębnego pakietu? Wydzielenie pozycji zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi udział większej liczbie wykonawców, co może przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych dla Zamawiającego. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, brak podziału zamówienia na części może zostać uznany za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, jeżeli prowadzi do ograniczenia dostępu do zamówienia (art. 16 oraz art. 99 ustawy Pzp). Ujęcie całego przedmiotu zamówienia w jednym pakiecie powoduje, iż w postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy o bardzo szerokim i zróżnicowanym profilu działalności, co w praktyce eliminuje z udziału wyspecjalizowanych wykonawców i ogranicza wybór tylko do jednej firmy na rynku.

Odpowiedź:

Pakiet obejmuje badania laboratoryjne wykorzystywane w diagnostyce chorób podłożu immunologicznym i zakaźnym, w tym badania w kierunku boreliozy metodą Western Blot w dwóch klasach oraz badania ANA 3. Zamawiający przyjął taki sposób grupowania badań z uwzględnieniem swoich rzeczywistych potrzeb diagnostycznych oraz organizacji procesu realizacji świadczeń laboratoryjnych.

II



ISO 9001

LL-C (Certification)



ISO 27001

LL-C (Certification)



1. Dotyczy załącznika numer 2- pozycji 4, podpunktu II - Czy Zamawiający dopuści testy ELISA, w których wszystkie składowe z (wyjątkiem odczynnika płuczącego i odczynnika do próbek) są gotowe do użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

2. Dotyczy załącznika numer 2- pozycji 6, podpunktu III: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sterowanie czytnika z poziomu oprogramowania komputera? Czytnik posiada wyświetlacz, natomiast wszelkie dodatkowe informacje można wprowadzić z poziomu klawiatury komputera.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

3. Dotyczy załącznika numer 3, pozycja 10 i 11: Bardzo prosimy o doprecyzowanie, że podane podpunkty dotyczą różnych klas przeciwciał, tj. IgG oraz IgM?

Odpowiedź:

Tak, podane ilości dotyczą 2 klas – IgG i IgM, w załączeniu poprawiony załącznik nr 3

4. Dotyczy załącznika numer 3: Czy do podanej w formularzu liczby badań należy doliczyć materiały/testy niezbędne do wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i kalibracji? Jeżeli tak, prosimy o podanie częstotliwości wykonywania testów tygodniowo / na miesiąc.

Odpowiedź:

Tak, należy doliczyć testy niezbędne do wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i kalibracji. Badania metodą Elisa i Blot będą wykonywane raz w tygodniu.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację wsparcia serwisowego i aplikacyjnego w trybie zdalnym, poprzez czasowy i kontrolowany dostęp do programu do odczytu wyników badań, z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do zdalnego dostępu z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

6. Dotyczy umowy Wnosimy o zmianę § 9 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości oferowanych w przetargu towarów objętych umową, w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na te towary, czego nie można było przewidzieć na dzień podpisania umowy. Zamawiający

zobowiązuje się jednak do wykorzystania co najmniej 70% wartości umownej określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dostawca nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego co najmniej 70% wartości umownej określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku zamówień poniżej poziomu 70% wartości umownej Dostawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższy zapis.

Dodatkowo Zamawiający uzupełnia zapisy SWZ w Rozdziale XVI, pomyłkowo pomiędzy ust. 12 a ust. 14

Jest:

ust. 13.1.wspólnie

winno być:

13. Wraz z ofertą należy złożyć:

13.1. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – załącznik nr 2

13.2. Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 3

13.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa się zgodnie z zapisami w Rozdziale XVII ust. 5 niniejszej SWZ

13.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

13.5. Przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale XIX ust. 5 niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

13.6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy [„(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”] – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tak jak zapisano w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji 5.11 – Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert i odpowiednie zapisy przyjmują następujące brzmienie:

Rozdział XXIII

Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia nie później niż do dnia **21-08-2026r do godz. 10:00**

Rozdział XXIV

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa w dniu **19-09-2026r**

Rozdział XXV

Termin otwarcia ofert, czynności związane z otwarciem ofert

1. Zamawiający rozpocznie otwarcie ofert w **dniu 21-08-2026r do godz. 11:00** poprzez pobranie z platformy e-Zamówienia

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Akademickie Centrum Zdrowia
w Mikolowie Sp. z o.o.

Katarzyna Muszak

Załączniki:

1. SWZ
2. Załącznik nr 3