



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia



**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE**

75 - 640 Koszalin, ul. Zwycięstwa 204 A,

NIP 669 21 29 930; REGON 330927313; KRS 0000002263

tel. rejestracja: 94/306 - 70 - 60; sekretariat: 261 - 456 - 825; fax 261 - 456 - 102;

info@wspl.koszalin.pl ; www.wspl.koszalin.pl ; ISO 9001:2015; NCAGE 0624H

WSPL.GT.2612.6.2026

Koszalin, dnia 17 sierpnia 2026 r.

Dotyczy: ZP-6/2026/WSPL

**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Koszalinie

Nr 365/2026
75-640 Koszalin

Wszyscy uczestnicy postępowania

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) pn.: „ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG WSZECHSTRONNEGO W TYM DOPPLER Z FUNKCJAMI KARDIO I NACZYNIOWYMI Z FUNKCJĄ DO BADANIA JAMY BRZUSZNEJ ORAZ APARATU USG PRZENOŚNEGO DLA WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE – 2 ZADANIA”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień na pytania zadane w toku postępowania:

Pytanie nr 1 (dotyczy pkt. 37 Zał. 2.1 do SWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z wejściem RJ-45 oraz siecią LAN o prędkości 100MB/s ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Pytanie nr 2 (dotyczy pkt. 40 Zał. 2.1 do SWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z głowicą convex o zakresie częstotliwości 1-5 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Pytanie nr 3 (dotyczy pkt. 42 Zał. 2.1 do SWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 5-13 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza głowicę liniową o zakresie częstotliwości 5-13 MHz.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienie podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Dyrektor
WSPL SP ZOZ

DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SP ZOZ w Koszalinie

.....
Marzena Walicka