

Sławno, dnia 18.08.2026 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Sławnie
ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Sławnie” nr postępowania ZP/11/2026

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

1) Jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza będzie wymagał Zamawiający: AGA, DIN II (Dräger), inny niewymieniony?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał wtyków w standardzie AGA. Zamawiający posiada jedynie instalację tlenu.

2) Jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,
- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1H z przepływem na poziomie od 50 do 80 l/min,
- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1L z przepływem na poziomie od 25 do 50 l/min

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada instalacji odciągu gazów poanestetycznych.

3) Jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych będzie wymagał Zamawiający: AGSS AGA, AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada instalacji i gniazd dla odciągu gazów poanestetycznych.

Pytanie nr 2:

„Warunki gwarancji i serwisu, punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii do 48 godzin (w dniach roboczych)?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

„Warunki gwarancji i serwisu, punkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie awarii do 7 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy zapisów SWZ, dział IV, punkt 1, podpunkt 2): Opisy (materiały informacyjne), katalogi producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w przypadku gdy wymagany parametr oferowanego przedmiotu zamówienia nie został potwierdzony w karcie katalogowej, folderze lub innym materiale informacyjnym producenta, złożenie wraz z ofertą dodatkowego oświadczenia producenta potwierdzającego spełnianie danego wymagania.

Oświadczenie powinno jednoznacznie wskazywać oferowany produkt, w szczególności jego producenta, nazwę oraz numer katalogowy/model, oraz odnosić się wprost do parametru, którego potwierdzenie jest wymagane w dokumentacji postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że złożone dokumenty muszą pozwalać na jednoznaczne potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ. Dopuszczenie dodatkowego oświadczenia nie oznacza możliwości zastąpienia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych ogólnym oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu wymagań.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 5, ustęp 10: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 5, ustęp 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 14 na zapis następującej treści: „W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia, w terminie 3 dni roboczych, sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.”?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 5, ustęp 19, podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w podpunkcie 1) do 3 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 6, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt 1), 2) i 3): W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt 1), 2) i 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktów 1), 2) i 3) na zapis następującej treści: „(...) jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego (...)”?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 4) do 20% wynagrodzenia netto?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy wzoru umowy, część II, paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w ustępie 2 do 20% wynagrodzenia netto?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Tomasz Walasek – Dyrektor Szpitala

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu