



Radłów, dnia 25.08.2026r.

*Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia pn.: „Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”*

I. Zamawiający Gmina Radłów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793 ze zmianami) udziela odpowiedzi na otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Czy dopuszczą Państwo do postępowania defibrylator bez trybu szkoleniowego ? lub ewentualnie dostawę osobnego urządzenia szkoleniowego tożsamego z defibrylatorem klinicznym ?

Ad.1. Nie dopuszczamy do postępowania defibrylator bez trybu szkoleniowego a także dostawy osobnego urządzenia. Wymóg wyposażenia defibrylatora w tryb szkoleniowy jest uzasadniony funkcjonalnością i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia. Funkcja ta umożliwia bezpieczne przeprowadzanie praktycznych szkoleń użytkowników w zakresie obsługi urządzenia, w tym wykonywania poszczególnych czynności oraz reagowania na komunikaty urządzenia, bez konieczności prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem urządzenia w trybie przeznaczonym do rzeczywistej interwencji.

Brak trybu szkoleniowego oznacza, że przedmiot nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i nie zapewnia wymaganej funkcjonalności.

2. W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części II, w pozycji nr 3, Zamawiający wskazał radiotelefon stacjonarny przeznaczony do wykonywania cyfrowej łączności radiowej w standardzie DRM. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli standard DMR – Digital Mobile Radio, zgodny z ETSI TS 102 361, w paśmie VHF. Standard DRM – Digital Radio Mondiale – jest standardem cyfrowej radiofonii nadawczej i nie jest tożsamy ze standardem profesjonalnej, dwukierunkowej łączności radiotelefonicznej DMR. Jednocześnie prosimy o wskazanie częstotliwości roboczych lub zakresu częstotliwości, wymaganej konfiguracji DMR oraz oczekiwanego minimalnego czasu pracy urządzenia z zasilania akumulatorowego.

Ad.2 Tak, chodzi o DMR – Digital Mobile Radio, zgodny z ETSI TS 102 361, w paśmie VHF.

VHF: 136-174 MHz

Konfiguracja DMR – nie wymagana

Min. Czas pracy: 18-20 h

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że udzielone wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczas określony termin składania ofert, który pozostaje bez zmian

Z up. Burmistrza Radłowa