



Białystok, dnia 17.08.2026 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/TP-12/26 na „Dostawę mebli wraz z montażem”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2026/BZP 00389971/01 w dniu 12.08.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 793 t.j.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr **ZP/TP-12/26** na „**Dostawę mebli wraz z montażem**” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Część 4 – dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi ze stałym segmentem siedziska ustawionym pod kątem 3⁰ do 5⁰ w celu zapobiegania zsuwaniu się dawcy z fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi ze stałym segmentem siedziska ustawionym pod kątem 3⁰ do 5⁰ w celu zapobiegania zsuwaniu się dawcy z fotela.

Pytanie 2:

Część 4 – dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi wyposażony w podłokietniki bez możliwości regulacji ich wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi wyposażonego w podłokietniki bez możliwości regulacji ich wysokości.

Pytanie 3:

Część 4 – dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi wyposażony w tapicerowane i profilowane podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia i odchylenia zintegrowane z konstrukcją segmentu siedziska?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi wyposażonego w podłokietniki zintegrowane z konstrukcją segmentu siedziska.

Pytanie 4:

Część 4 – dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi wyposażony w 4 koła z indywidualną blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi wyposażonego w 4 koła z indywidualną blokadą.

Pytanie 5:

Część 4 – dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi wyposażony w 4 koła z centralną blokadą dwóch kół?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fotela do pobierania krwi wyposażonego w 4 koła z centralną blokadą dwóch kół.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

ZATWIERDZAM