

Malbork, 21.08.2026r.

PCZ.ZP.14/1/2026

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa sprzętu na potrzeby pacjentek Oddziału położniczo-ginekologicznego, w tym pacjentek z niepełnosprawnościami - II postępowanie, nr postępowania: PCZ.ZP.14/2026

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pytanie 1. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 ust. 10 poprzez doprecyzowanie, że przy wymianie części Sprzętu bieg terminu gwarancji na nowo dotyczy wyłącznie tej wymienionej części, a nie całego przedmiotu Umowy?

Proponowany zapis:

„Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany części Sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie w odniesieniu do tej części, zgodnie z art. 581 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Jeżeli Wykonawca dokonał istotnej naprawy całego Sprzętu, termin gwarancji na Sprzęt biegnie na nowo od chwili odbioru prac wykonanych w ramach gwarancji. Przez istotną naprawę Strony rozumieją naprawę polegającą na wymianie podzespołu warunkującego podstawową funkcję diagnostyczną lub terapeutyczną Sprzętu, którego wartość przekracza 40% ceny Sprzętu. W pozostałych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać ze Sprzętu wskutek wady.“
Uzasadnienie: zapis w obecnym brzmieniu jest niezgodny z bezwzględnie obowiązującym charakterem art. 581 § 1 KC w zakresie skutku wymiany części i naraża Wykonawcę na spór interpretacyjny o zakres odnowienia gwarancji.

ODP. Nie, zapis § 4 ust. 10 pozostaje bez zmian.

Pytanie 2. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 ust. 12 poprzez wprowadzenie progu istotności napraw wliczanych do limitu uruchamiającego obowiązek wymiany Sprzętu na fabrycznie nowy?

Proponowany zapis:

„W przypadku wystąpienia trzech napraw istotnych tego samego podzespołu Sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Sprzętu na wolny od wad – fabrycznie nowy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się: napraw nieistotnych, czynności przeglądowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz przypadków, w których naprawa nie doszła do skutku w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.“

Uzasadnienie: obecne brzmienie nie różnicuje wagi usterek ani ich przyczyn, co przy sprzęcie o wysokiej wartości jednostkowej powoduje ryzyko nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia finansowego Wykonawcy wskutek drobnych, powtarzalnych usterek.

ODP. Nie, zapis § 4 ust. 12 pozostaje bez zmian.

Pytanie 3. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 ust. 13 poprzez wydłużenie terminu dostarczenia sprzętu zastępczego oraz doprecyzowanie jego wymaganych parametrów?

Proponowany zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej, o ile przewidywany okres naprawy przekracza 7 dni roboczych, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia sprzętu zastępczego. Sprzęt zastępczy może być sprzętem używanym lub o parametrach innych niż parametry Sprzętu podlegającego naprawie, pod warunkiem zapewnienia realizacji podstawowej funkcji klinicznej/diagnostycznej. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy Sprzętu wymagającego stałej instalacji lub adaptacji pomieszczenia, wskazanego w Załączniku nr ... do Umowy.“

Uzasadnienie: obecny termin 2 dni roboczych jest w praktyce niewykonalny dla specjalistycznego sprzętu medycznego, a brak doprecyzowania parametrów sprzętu zastępczego i wyłączenia dla sprzętu stacjonarnego naraża Wykonawcę na zarzut niewykonania obowiązku niemożliwego do spełnienia.

ODP. Nie, zapis § 4 ust. 13 pozostaje bez zmian.

Pytanie 4. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy Zamawiający potwierdza, że zobowiązanie do zapewnienia dostępności części zamiennych po okresie gwarancji, o którym mowa w § 4 ust. 14, ma charakter odpłatny, oraz czy wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w zakresie uzależnienia go od dostępności części u producenta?

Proponowany zapis:

„Wykonawca zapewnia odpłatną dostępność części zamiennych do Sprzętu przez okres 10 lat od dnia odbioru Sprzętu, w zakresie, w jakim części te są utrzymywane w produkcji lub dystrybucji przez producenta Sprzętu. W przypadku zaprzestania produkcji danej części przez producenta, Wykonawca zaoferuje część równoważną lub regenerowaną o zbliżonych parametrach albo, jeżeli nie jest to możliwe, powiadomi Zamawiającego o tym fakcie z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiając Zamawiającemu zakup zapasu części przed zakończeniem ich dostępności.“

Uzasadnienie: obecne brzmienie nakłada na Wykonawcę bezwarunkowe zobowiązanie do zapewnienia dostępności części przez 10 lat, niezależnie od decyzji producenta, na którą Wykonawca (zwłaszcza działający jako dystrybutor) nie ma wpływu, co czyni to zobowiązanie w praktyce niemożliwym do zagwarantowania w pełnym zakresie.

ODP. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Wykonawcy za niedotrzymanie obowiązku z § 4 ust. 14 w przypadku, gdy niedostępność części wynika z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta (likwidacja, upadłość, zaprzestanie działalności)?

Proponowany zapis (uzupełniający):

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, jeżeli niedostępność części zamiennych wynika z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta Sprzętu, w szczególności zaprzestania przez niego działalności, likwidacji lub upadłości, o ile Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.“

Uzasadnienie: bez takiego wyłączenia Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność kontraktową (w tym ewentualne kary umowne) za okoliczności całkowicie od niego niezależne.

ODP. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy w § 4 ust. 7 Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin do 48h?

ODP. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy w § 4 ust. 8 Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminów do odpowiednio: 5 oraz 20 dni roboczych?

ODP. Zapis § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu wady lub do wymiany Sprzętu w ciągu 15 dni roboczych, licząc od daty uznania reklamacji.

Pytanie 8. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy w § 4 ust. 10 Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu na:

W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu

ODP. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Czy w § 4 ust. 12 zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

W przypadku przekroczenia limitu 3-krotnej naprawy Sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu / modułu sprzętu na wolny od wad – fabrycznie nowy.

ODP. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ; ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH; Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Punkt 50:

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis na taki o brzmieniu:

Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne w wykonawstwie pojawiające się w czasie eksploatacji. Bezpłatna obsługa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, aktów wandalizmu lub wynikających z obsługi niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i pkt 50 otrzymuje brzmienie: *Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne w wykonawstwie pojawiające się w czasie eksploatacji. Bezpłatna obsługa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, aktów wandalizmu lub wynikających z obsługi niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi*

Pytanie 11. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ; ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH; Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Punkt 57:

Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisu na:

W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.

ODP. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 12. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ; ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH; Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Punkt 58:

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis na:

Wszystkie czynności serwisowe, związane z przeglądami konserwacyjnymi, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego, odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę zapisu pkt 58: *Wszystkie czynności serwisowe, związane z przeglądami konserwacyjnymi i naprawami, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego, odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.*

Pytanie 13. Dotyczy Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ; ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH; Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami.

Punkt 59:

Pytanie:

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i pkt 59 otrzymuje brzmienie: *Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy.*

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska