

Opis przedmiotu zamówienia**Część 3 – Lodówka****I. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień**Główny kod CPV:**33100000-1 Urządzenia medyczne****II. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

1. Warunki realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi: unijnymi i polskimi, a także wszelkimi niezbędnymi certyfikatami/atestami właściwych urzędów.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem na wskazane miejsce, bez obciążania z tego tytułu dodatkowymi kosztami Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis asortymentu:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Lodówka z monitoringiem temperatury – ilość 1 sztuka

Lp.	Parametry techniczno-eksploatacyjne
1.	Urządzenie wolnostojące chłodziarka do przechowywania szczepionek z pełnymi drzwiami zamykanymi na klucz
2.	Wymuszony obieg powietrza
3.	Pojemność min. 385L
4.	Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo
5.	Ochrona przed kontaktem z zimnym powietrzem
6.	Bezdotykowa kontrola i rejestracja danych temperatury oraz ostrzeżeń przy pomocy aplikacji mobilnej podłączonej przez Bluetooth
7.	Elektroniczny sterownik zainstalowany w lodówce zapewniający ciągłe monitorowanie temperatury wewnątrz lodówki
8.	Regulacja temperatury
9.	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 600 x 2000 x 620 mm, +/- 10%
10.	Chłodziarka wyposażona w minimum 5 półek +1 dolna półka (metalowe z powłoką z białego polimeru)
11.	6-miesięczne podsumowanie pomiarów temperatury



12.	Chłodziarka przystosowana do współpracy z zewnętrznym rejestratorem temperatury
13.	Zestaw zewnętrzny do monitorowania temperatury w chłodziarce
14.	Chłodziarka wyposażona w system monitorowania oraz powiadamiania alarmowego SMS:
15.	Skład zestawu: rejestrator temperatury wyposażony w kartę SIM – NB-IoT opłaconą na 2 lata, certyfikat wzorcowania PCA we temp. 5 st. C, dwuletnią licencję na dostęp do platformy, 100 SMS do bezterminowego wykorzystania.
16.	Sensor temperatury: Zakres pomiaru: -15° do 70°C Dokładność pomiaru: 0.5 °C w zakresie od -15 °C do +70 °C Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C

Miejsce dostawy: 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 10