

Łódź, dnia 19.08.2026 roku

Zamawiający:
Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź

INFORMACJA

Dotyczy postępowania na „Dostawę urządzeń medycznych dla PZ Nastrojowa przy ul. Nastrojowej 10 (91-496 Łódź)”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2026 r. Dz.U. poz. 793 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści lodówkę fabrycznie ustawioną na +5°C, z zakresem temperatury od +2 do +8°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lodówkę fabrycznie ustawioną na +5°C, z zakresem temperatury od +2 do +8°C.

.....

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu.