

Łódź, dnia 24.08.2026 roku

Zamawiający:
Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź

INFORMACJA

Dotyczy postępowania na „Dostawę urządzeń medycznych dla PZ Nastrojowa przy ul. Nastrojowej 10 (91-496 Łódź)”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2026 r. Dz.U. poz. 793 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę, która zamiast rozwiązania opisanego jako „ochrona przed kontaktem z zimnym powietrzem” posiada funkcję przeciw zamrożeniową aktywną przy temperaturze +2°C oraz system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza, zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze i ograniczający ryzyko miejscowego przechłodzenia przechowywanych produktów?

Oferowane rozwiązanie zapewnia ochronę przechowywanych leków i szczepionek przed spadkiem temperatury poniżej dolnej granicy wymaganego zakresu oraz zapewnia stabilne warunki temperaturowe w całej komorze, a zatem realizuje funkcjonalny cel wskazanego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, pod warunkiem że oferowana chłodziarka zapewnia przechowywanie szczepionek w wymaganym zakresie temperatur +2C do +8 C oraz zabezpiecza przed spadkiem temperatury poniżej + 2C, a także zapewnia równomierne rozłożenie temperatury w komorze.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 698 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o głębokości 698 mm.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu.