

Leszno, dn. 17.08.2026 r.

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II

Znak sprawy: DZ-751-74/26

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie do pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 4 poz. 2 przewodników interwencyjnych o następujących parametrach:

- długość 180 cm (dostępna również przedłużka 150 cm)
- średnica 0,014" (0,36mm)
- rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej proksymalnie 140 cm (o większej sztywności) i z nitinolu dystalnie 40 cm (o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie
- pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, pokrycie PTFE na proksymalnym odcinku 155 cm.
- końcówka prosta z markerem platynowym na dystalnych 3 cm
- występuje w wersjach:
 - obciążenie końcówki 0.6 gf, zastosowanie - work horse, długość kształtowalnej końcówki 10 mm, zapewniający podparcie typu stiffer, tip (2 mm) pokryty silikonem,
 - obciążenie końcówki 1 gf, zastosowanie - work horse, długość kształtowalnej końcówki 10 mm, zapewniający podparcie typu moderate, tip (2 mm) pokryty silikonem,
 - obciążenie końcówki 0.6 gf, zastosowanie - work horse/speciality, długość kształtowalnej końcówki 10 mm, zapewniający podparcie typu extra support, tip pokryty hydrofilnie, kolor shaftu biały
 - obciążenie końcówki 0.6 gf, zastosowanie - work horse/speciality, długość kształtowalnej końcówki 10 mm, zapewniający podparcie typu extra support, tip pokryty hydrofilnie, kolor shaftu niebieski
 - obciążenie końcówki 1.0 gf, zastosowanie tracking, długość kształtowalnej końcówki 14 mm, zapewniający podparcie typu stiffer, wzmocniona warstwa hydrofilna, tip pokryty hydrofilnie, do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
WSW w Lesznie