



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**NFZ**  
Narodowy Fundusz Zdrowia

Numer referencyjny postępowania:  
**2/2026**

**Puszczykowo, dnia 18 sierpnia 2026 roku**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie: **Dostawa urządzeń medycznych w ramach realizowanego projektu pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”**.

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 7 aparatu o: - długość fali wzbudzenia 470 nm (ok. 365nm) - długość fali absorpcji/odczytu około 525 nm (ok. 610 nm) - wadze 3,3 kg?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedstawione parametry.

**Treść pytania nr 2:**

*dotyczy części 2:*

*Prosimy również o dopuszczenia tablicy okulistycznej o poniższych parametrach:*

- Wyświetlacz LCD o przekątnej 24"
- Regulowana odległość projekcyjna w zakresie 2 do 7 m
- Sterowane pilotem,
- Funkcja automatycznego wyłączenia po zadany czasie
- Funkcja instalacji nowych wersji oprogramowania
- Możliwość odtwarzania dźwięku
- Szybkość zmiany optotypów 0,5 s
- Jasność tła 200 cd/m<sup>2</sup>
- Zapisywanie badań w pamięci wewnętrznej lub na nośniku zewnętrznym
- Testy: Optotypy literowe- Sloan, Snellen, obrazki, optotypy dziecięce (rysunki), testy kolorowe dla dzieci, optotypy cyfry 4 rodzaje, haki E Snellen, pierścienie Landolta, test Allena, test HOTV, symbole, test czerwono-zielony, balans dwukolorowy, test astygmatyzmu, punkt fiksacyjny, test solniczki, cylindra krzyżowego, test kontrastowy pionowy i poziomy, test Ishihary, maska czerwono-zielona, test Wilczka, Video, testy dla niesłyszących, animacje, test Amsler'a, test Hue-100, tablice ETDRS, SIRDs, test Wortha, różnica fiksacji, obrazki 3D, test kontrastowy dla dzieci, crowding bars, schematy anatomiczne np. budowa oka, schorzenia.
- Maskowanie: pojedynczy, poziome, pionowe, podkreślenie
- Maska czerwono-zielona



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**NFZ**  
Narodowy Fundusz Zdrowia

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedstawione parametry.

**Treść pytania nr 3:**

*dotyczy części 2:*

*Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do 3 tygodni od dnia podpisania umowy w zakresie pakietu nr 2*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

**Treść pytania nr 4:**

*Pakiet 13 – lampy UV bakterio i wirusobójcze*

*Do OPZ pakiet 13*

*Prosimy o weryfikację czy w OPZ nie wkradł się błąd po punkcie nr 7, numeracja znów zaczyna się od 1 a podane w nich wymagania raczej nie dotyczą lamp UV-C.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że faktycznie OPZ jest prawidłowy do pkt. 7. Zamawiający przedkłada poprawny dokument.

**Treść pytania nr 5:**

*Pakiet 13 – lampy UV bakterio i wirusobójcze*

*Czy Zamawiający wymaga montażu, instalacji i szkolenia w pakiecie nr 13?*

*Jeśli tak, prosimy o odstąpienie i wyrażenie zgody na dostawę za pośrednictwem kuriera. Oferowana przez nas lampa nie wymaga specjalistycznej wiedzy do montażu i jej późniejszej obsługi. Wraz z dostawą zostanie dostarczona wyczerpująca instrukcja obsługi. Konieczność wprowadzenia szkolenia i montażu może istotnie wpłynąć na oferowaną cenę.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wymaga montażu i instalacji oraz szkolenia, jeśli instrukcja jest wyczerpująca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wykonawcą, w przypadku, gdyby wystąpiły problemy z montażem, uruchomieniem lub użytkowaniem sprzętu.

**Treść pytania nr 6:**

*Zwracam się z prośbą o umieszczenie na platformie w wersji edytowalnej załącznika nr 2 do SWZ.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że udostępni załącznik nr 2 do SWZ na platformie.

**Informacje uzupełniające**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.