



**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE**

75 - 640 Koszalin, ul. Zwycięstwa 204 A,

NIP 669 21 29 930; REGON 330927313; KRS 0000002263

tel. rejestracja: 94/306 - 70 - 60; sekretariat: 261 - 456 - 825; fax 261 - 456 - 102;

info@wspl.koszalin.pl; www.wspl.koszalin.pl ; ISO 9001:2015; NCAGE 0624H

WSPL.GT.2612.8.2026

Koszalin, dnia 19 sierpnia 2026 r.

Dotyczy: ZP-8/2026/WSPL

**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Koszalinie

Nr 369/2026
75-640 Koszalin

Wszyscy uczestnicy postępowania

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) pn.: „ZAKUP I DOSTAWA WAGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WAGI MEDYCZNEJ ZE WZROSTOMIERZEM, WAGI Z ANALIZATOREM MASY CIAŁA, SPIROMETRU, MEBLI MEDYCZNYH – BIURKO MEDYCZNE 6, MEBLI MEDYCZNYCH – BIURKO MEDYCZNE 1 DLA WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE – 6 ZADAŃ”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień na pytania zadane w toku postępowania:

Pytanie 1, zadanie 2 – WAGA ZE WZROSTOMIERZEM, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wagę ze wzrostomierzem o wymiarach platformy 272x280x75 mm? Czy Zamawiający dopuści wagę ze wzrostomierzem o wymiarach platformy 272x280x75 mm? Wskazane wymiary platformy zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo użytkownika podczas pomiaru.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia o podanej funkcjonalności.

Pytanie 2, zadanie 2 – WAGA ZE WZROSTOMIERZEM, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. fabrycznie nową wagę medyczną wyposażoną w certyfikowany wzrostomierz montowany mechanicznie z możliwością jego demontażu? Takie rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność

pomiarową urządzenia, a jednocześnie umożliwia elastyczne dostosowanie konfiguracji wagi do aktualnych potrzeb użytkownika. Mechaniczny, demontowalny montaż wzrostomierza zapewnia jego stabilność podczas użytkowania, a możliwość demontażu ułatwia transport, przechowywanie oraz serwisowanie urządzenia.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia o podanej funkcjonalności.

Pytanie 3, zadanie 1 – WAGA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach platformy 900 × 740 mm oraz wymiarach całkowitych 1150 × 840 mm?

Oferowane wymiary są standardowe dla tego rodzaju urządzeń i zapewniają odpowiednio dużą oraz stabilną powierzchnię umożliwiającą bezpieczne ważenie pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia o podanej funkcjonalności.

Pytanie 4, zadanie nr 1 – WAGA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści wagę najazdową bez możliwości składania konstrukcji?

Oferowana waga wyposażona jest w kółka transportowe oraz wygodną poręcz, co umożliwia jej łatwe przemieszczanie i ustawianie w wymaganym miejscu. Brak możliwości składania nie ogranicza mobilności ani funkcjonalności urządzenia podczas codziennego użytkowania.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia o podanej funkcjonalności.

Pytanie 5, zadanie nr 1 – WAGA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wagę o dokładności 100 g w całym zakresie pomiarowym? Jest to parametr korzystniejszy.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakup urządzenia o podanej funkcjonalności, niemniej urządzenie takie wciąż musi spełniać wymagane funkcje i parametry techniczne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 6, zadanie nr 2 – WAGA ZE WZROSTOMIERZEM, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wagę o dokładności 100 g w całym zakresie pomiarowym?

Jest to parametr korzystniejszy.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakup urządzenia o podanej funkcjonalności, niemniej urządzenie takie wciąż musi spełniać wymagane funkcje i parametry techniczne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 7, zadanie nr 3 – WAGA Z ANALIZATOREM MASY CIAŁA, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący pomiar z wykorzystaniem częstotliwości 5kHz, 50 kHz oraz 250 kHz?

Są standardowo stosowane częstotliwości w wieloczęstotliwościowej analizie impedancji bioelektrycznej, pozwalające na wykonanie dokładnej i wiarygodnej analizy składu ciała.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakup urządzenia o podanej funkcjonalności, niemniej urządzenie takie wciąż musi spełniać wymagane funkcje i parametry techniczne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8, zadanie nr 1,2,3

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu, i szkolenia stacjonarnego, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu Szkolenie personelu proponujemy w formie szkolenia online które jest tak samo skuteczne, a pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Akceptacja w.w. próśb uczyni ofertę znacznie korzystniejszą ekonomicznie i bardziej przyjazną dla środowiska redukując niepotrzebnie tworzony ślad węglowy powstały z niepotrzebnym przyjazdem pracownika sprzedawcy.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zgodnie z § 1, pkt. 7 zał. 9.1. do SWZ „Załącznik nr 9.1 do SWZ - Projekt umowy wagi”:

„7. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia medycznego. Szkolenie powinno być przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia lub online na koszt Wykonawcy. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem odbioru przez strony stosownie do § 3 ust. 9 podpisami osób uczestniczących w szkoleniu.”

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami umowy szkolenie może odbyć się w formie online na koszt Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienie podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

KIEROWNIK
ZAMAWIAJĄCEGO

DYREKTOR
Wojkowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SP ZOZ w Koszalinie
Marzena Walicka

Marzena Walicka

Tomasz Stawski
tel. 261 456 464
dnia 19.08.2026 r.
wyk. w 1 egz.
Egz. nr 1 – adresat p. elektroniczna
T.2612/B5