

271.10.2026

Załącznik nr 13 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla Części VI

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Przychodni Zdrowia w Zembrzycach w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” tj. 2 sztuk lamp diagnostycznych bezcieniowych.

I. Specyfikacja techniczna dla lampy bezcieniowej:

1. Napięcie wejściowe: 220-230V.
2. Natężenie: 50-60Hz.
3. Napięcie wyjściowe: 12V.
4. Średni czas żywotności diod: 50 000 h, - lub więcej.
5. Regulacja natężenia oświetlenia (25-100%).
6. Natężenie światła:
 - 1) 65 000 luxów - przy 50 cm,
 - 2) 55 000 luxów - przy 75 cm,
 - 3) 35 000 luxów - przy 100 cm.
7. Temperatura barwowa: 5000 K.
8. Łączna moc diod: 3 x 7W.
9. Ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola.
10. Długość gęsiej szyi: 70 cm.
11. Zintegrowana rączka do ustawienia położenia czaszy.
12. Lampa posiada certyfikat CE.
13. Jedno kółko z blokadą.
14. Długość kabla zasilającego: ok. 3,8 m *).
15. W zestawie metalowy wózek jezdny o stabilnej podstawie z regulacją wysokości od 72,8 do 129,8 cm.

ok. - Zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarach i w wadze +/-10%.

II. Miejsce dostawy i termin realizacji:

1. Siedziba Zamawiającego tj. budynek Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach z siedzibą w 34-210 Zembrzyce 541.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

III. Gwarancja i rękojmia:

1. Minimum 12 miesięcy.