

271.10.2026

Załącznik nr 17 do SWZ

Minimalne parametry sprzętu medycznego dla Części I

Dermatoskop:

1. Oświetlenie i obraz:

- a) Typ diod 2 x 5 diod LED,
- b) Współczynnik oddawania barw (CRI): 94,
- c) Powiększenie dziesięciokrotne bez zniekształceń,
- d) Regulacja światła - możliwość ściemniania dla optymalizacji obrazu.

2. Wydajność i trwałość:

- a) Żywotność diod LED: 100.000 godzin przy ciągłej pracy,
- b) Natężenie światła: 10.000 lux,
- c) Temperatura barwowa: pierścień 1 ok. 3000K, pierścień 2 ok. 6000K.

3. Konstrukcja i użytkowanie:

- a) Materiał uchwyty - dwuskładnikowy (aluminium /włókno szklane),
- b) Wyłącznik elektroniczny ON/OFF z funkcją ściemniania i zapamiętywaniem ustawień,
- c) Automatyczne wyłączenie - po 3 sekundach nieaktywności.

4. Zasilanie:

- a) Typ zasilania - bateryjne 2xAAA.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.