



271.10.2026

Załącznik nr 18 do SWZ

Minimalne parametry sprzętu medycznego dla Części II

Elektroniczna waga:

1. Obciążenie maksymalne: do 15kg.
2. Dokładność odczytu: $2\text{ g} < 6\text{ kg} > 5\text{ g}$.
3. Wyświetlacz LCD.
4. Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie).
5. Wymiary wagi: ok. 670 mm x ok. 330 mm x ok. 125 mm *).
6. Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu wagi oraz dodatkowy stabilizator.
7. waga: ok. 4,1 kg *).

Torba:

1. waga ok. 1300g *).
2. wymiary (wys.x szer x gł) – ok. 745 mm x ok. 370 mm x ok. 130mm.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.