



271.10.2026

Załącznik nr 19 do SWZ

Minimalne parametry sprzętu medycznego dla Części III

Elektroniczna waga dla niemowląt:

1. Obciążenie maksymalne - zakres 1 - 7,5 kg; zakres 2 - 20 kg.
2. Dokładność odczytu $5g < 7,5kg > 10g$.
3. Wbudowany infantrometr (wzrostomiarka) - 35-80 cm podziałka 1 mm.
4. Wymiary (szer x wys x głęb) – 620 mm x 190 mm x 358 mm.
5. Głębokość szalki – 120 mm.
6. Wysokość cyfr – 21 mm.
7. Wysokość odczytu – 180 mm
8. Masa własna (waga netto) 3,7 kg.
7. Zasilanie 6 baterii typu R6, zasilacz.
8. Ogranicznik głowy i stóp.
9. Zasilacz 230V/50HZ - 12V/130mA.
10. Funkcje:
 - a) TARA,
 - b) BMIF,
 - c) HOLD,
 - d) Przełączanie zakresów,
 - e) Automatyczne wyłączanie,
 - f) Regulowana funkcja amortyzacji.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.