



271.10.2026

Załącznik nr 20 do SWZ

Minimalne parametry sprzętu medycznego dla Części IV

Stetoskop:

1. Długość – 69 cm.
2. Wykończenie głowic - miedziane, wysoki połysk.
3. Technologia głowicy: dwustronna.
4. Rodzaj membrany - dwutonowa jednoczęściowa.
5. Wzmocnienie: do 40.
6. Redukcja szumów – aktywna.
7. Średnica membrany - 4,3 cm.
8. Średnica małej membrany - 3,3 cm.
9. Waga netto 232 g.
10. Budowa liry - anodowe aluminium.
10. Oliwki - miękkie samouszczelnijące.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.