



271.10.2026

Załącznik nr 22 do SWZ

Minimalne parametry sprzętu medycznego dla Części VI

Lampa diagnostyczna bezcieniowa:

1. Napięcie wejściowe: 220-230V.
2. Natężenie: 50-60Hz.
3. Napięcie wyjściowe: 12V.
4. Średni czas żywotności diod: 50 000 h, - lub więcej.
5. Regulacja natężenia oświetlenia (25-100%).
6. Natężenie światła:
 - 1) 65 000 luxów - przy 50 cm,
 - 2) 55 000 luxów - przy 75 cm,
 - 3) 35 000 luxów - przy 100 cm.
7. Temperatura barwowa: 5000 K.
8. Łączna moc diod: 3 x 7W.
9. Ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola.
10. Długość gęsiej szyi: 70 cm.
11. Zintegrowana rączka do ustawienia położenia czaszy.
12. Lampa posiada certyfikat CE.
13. Jedno kółko z blokadą.
14. Długość kabla zasilającego: 3,8 m.
15. Wymienna rączka do ustawienia położenia czaszy.
16. zestawie metalowy wózek jezdny o stabilnej podstawie z regulacją wysokości od 72,8 do 129,8 cm.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.