

271.10.2026

Załącznik nr 23 do SWZ

Minimalne parametrysprzętu medycznego dla Części VII

Otoskop:

1. Technologia żarówki - światła LED.
2. Światłowód z oświetleniem Led 3,7 V (5500K).
3. Obrotowa lupka z 3-krotnym powiększeniem.
4. Etui w zestawie.
5. Zasilanie – bateryjne.
6. Obudowa - ABS odporna na uszkodzenia.
7. W zestawie wzierniki uszne wielorazowego użytku (5 x 2,5 mm oraz 5 x 4 mm).
8. Czas pracy diody LED to przynajmniej 20 000 godzin.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.