

271.10.2026

Załącznik nr 24 do SWZ

## **Minimalne parametry sprzętu medycznego dla Części VIII**

### **Stetoskop zwykły:**

1. Rodzaj stetoskopu – kardiologiczny.
2. Skala akustyczna -10.
3. Długość przewodu – 68 cm.
4. Dwustronna membrana.
5. Średnica membrany dla dorosłych 4,3 cm.
6. Średnica membrany pediatrycznej - 3,3 cm.
7. Średnica lejka 27 mm z membraną.
8. Oliwki miękkie.
9. Wykończenie głowicy - obrotowa stal nierdzewna.
10. Technologia głowicy – dwustronna.
11. Lira dwukanałowa.
12. Wykonanie liry anodowe aluminium.
13. Waga 190 g.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.