

271.10.2026

Załącznik nr 25 do SWZ

Minimalne parametry sprzętu medycznego dla Części IX

Stół do badania niemowląt:

1. Wysokość: 78 cm lub 88 cm.
2. Dopuszczalne obciążenie: 100 kg.
3. Waga: 28 kg.
4. Wymiary blatu: 74x100 cm (powierzchnia robocza 64x80 cm).
5. Dopuszczalne obciążenie półki wysuwanej: 15 kg.
6. Dopuszczalne obciążenie półki bocznej: 15 kg.

Należy podać link do strony internetowej zawierającej wymagane minimalne parametry urządzenia.