

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla CZEŚĆ III

Dostawa łóżka rehabilitacyjnego elektrycznego z materacem – 5 sztuk

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i nieużywanego łóżka rehabilitacyjnego sterowanego elektrycznie wraz z materacem oraz niezbędnym wyposażeniem, przeznaczonego do opieki nad osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami wymagającymi długotrwałej opieki. Oferowany wyrób przeznaczony będzie do użytkowania w placówce świadczącej usługi społeczne, opiekuńcze oraz rehabilitacyjne.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, wniesienie, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji, przekazanie do użytkowania oraz przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i podstawowej eksploatacji urządzenia.

Oferowane łóżko rehabilitacyjne wraz z materacem musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wykonane z materiałów zapewniających wysoką trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na intensywną eksploatację w placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie powinny być odporne na działanie środków myjących i dezynfekujących stosowanych w podmiotach świadczących usługi opiekuńcze oraz umożliwiać utrzymanie właściwego poziomu higieny. Konstrukcja łóżka powinna zapewniać bezpieczeństwo pacjenta oraz ergonomiczne warunki pracy personelu.

Oferowany wyrób powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wyrobów medycznych, jeżeli podlega takim przepisom, oraz posiadać wymagane oznakowanie CE, deklarację zgodności UE lub inny równoważny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać instrukcję użytkowania w języku polskim, dokumenty gwarancyjne oraz pozostałą dokumentację wymaganą przez producenta i obowiązujące przepisy prawa.

Minimalny okres gwarancji na łóżko rehabilitacyjne, materac oraz wszystkie elementy wyposażenia wynosi **24 miesiące**, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywania napraw oraz wymiany uszkodzonych elementów wynikających z wad materiałowych, produkcyjnych lub montażowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Wymiary

- o długość całkowita: około **210–225 cm**,
- o szerokość całkowita: około **95–110 cm**,
- o powierzchnia leżyska: około **200 × 90 cm**,
- o regulacja wysokości leża w zakresie około **40–80 cm**,
- o dopuszcza się odchylenie wymiarów do $\pm 10\%$, pod warunkiem zachowania funkcjonalności.

2. Konstrukcja

- o konstrukcja stalowa malowana proszkowo lub wykonana z materiałów równoważnych o wysokiej odporności na uszkodzenia,
- o leże minimum czterosegmentowe,
- o segmenty wykonane z metalowych listew, siatki stalowej lub materiału równoważnego zapewniającego odpowiednią wentylację materaca,
- o **szczyty łóżka wykonane z drewna litego lub klejonego, wykończone trwałą powłoką zabezpieczającą odporną na środki dezynfekujące oraz uszkodzenia mechaniczne,**
- o **boczne poręcze ochronne wykonane z drewna, zapewniające estetykę, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania,**
- o konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp do pacjenta z obu stron łóżka

3. Regulacja elektryczna

Łóżko wyposażone w siłowniki elektryczne umożliwiające co najmniej:

- o regulację wysokości leża,
- o regulację oparcia pleców,
- o regulację segmentu uda,
- o regulację segmentu podudzi lub funkcję autokonturu,
- o pozycję anty-Trendelenburga lub rozwiązanie równoważne – dopuszcza się,
- o sterowanie za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego.

4. Wyposażenie

- o komplet składanych poręczy bocznych,
- o wysięgnik z uchwytem do podciągania pacjenta,
- o uchwyt na pilot sterujący,
- o cztery koła jezdne o średnicy minimum 100 mm,
- o każde koło wyposażone w indywidualny hamulec lub rozwiązanie równoważne,
- o możliwość łatwego przemieszczania łóżka pomiędzy pomieszczeniami.

5. Materac

- o materac rehabilitacyjny stanowiący komplet z łóżkiem,
- o wymiary dopasowane do powierzchni leża,

- o grubość minimum **10 cm**,
- o pianka wysokoelastyczna lub materiał równoważny,
- o pokrowiec wodoodporny, paroprzepuszczalny, zdejmowany,
- o pokrowiec z możliwością dezynfekcji i prania,
- o materac przeznaczony do intensywnego użytkowania.

6. Parametry użytkowe

- o dopuszczalne obciążenie robocze minimum **170 kg**,
- o cicha praca silników elektrycznych,
- o zasilanie **230 V / 50 Hz**,
- o możliwość awaryjnego opuszczenia łóżka w przypadku zaniku zasilania lub rozwiązanie równoważne przewidziane przez producenta.

Wymagania jakościowe

- o Łóżko rehabilitacyjne wraz z materacem musi być:
- o fabrycznie nowe, kompletne i nieużywane,
- o wolne od wad fizycznych i prawnych,
- o wykonane z materiałów odpornych na środki dezynfekujące stosowane w placówkach opiekuńczych,
- o łatwe do utrzymania w czystości,
- o przystosowane do intensywnej eksploatacji w placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- o oznakowane znakiem **CE** zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- o posiadać deklarację zgodności UE lub równoważny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu jako wyrób medyczny, jeżeli oferowany produkt podlega takim przepisom.

Dostawa i montaż

Zakres zamówienia obejmuje:

- o dostawę do siedziby Zamawiającego,
- o wniesienie do wskazanego pomieszczenia,
- o montaż i uruchomienie łóżka,
- o montaż materaca oraz wszystkich elementów wyposażenia,
- o sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji elektrycznych,
- o przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi,
- o przekazanie instrukcji użytkowania w języku polskim oraz dokumentów gwarancyjnych.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji wynosi **24 miesiące**.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- o usuwania wad i usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych,

- bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów,
- zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- podjęcia czynności serwisowych w terminie określonym w umowie.

Podsumowanie i warunki realizacji zamówienia

Wymagania ogólne

1. Oferowane łóżko rehabilitacyjne elektryczne wraz z materacem (5 sztuk) oraz całym wyposażeniem stanowiącym komplet musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzić z bieżącej produkcji.
2. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, odpornych na środki myjące i dezynfekujące stosowane w placówkach opiekuńczych, zapewniających wieloletnią trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.
3. Oferowany produkt musi być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w placówkach świadczących usługi społeczne, opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Jeżeli oferowany produkt podlega przepisom dotyczącym wyrobów medycznych, musi posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki dostawy i odbioru

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 - wniesienia do wskazanego pomieszczenia,
 - kompletnego montażu i uruchomienia,
 - sprawdzenia poprawności działania wszystkich funkcji elektrycznych i mechanicznych,
 - przekazania produktu gotowego do użytkowania.
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla wskazanych pracowników Zamawiającego obejmujący w szczególności:
 - obsługę pilota sterującego,
 - regulację poszczególnych funkcji łóżka,
 - zasady bezpiecznej eksploatacji,
 - podstawowe czynności konserwacyjne.
3. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca realizacji zamówienia oraz usunięcia wszystkich opakowań i odpadów powstałych podczas dostawy i montażu.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Dokumentacja

Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

1. instrukcję użytkowania w języku polskim;
2. kartę gwarancyjną;
3. deklarację zgodności UE lub równoważny dokument – jeżeli jest wymagany;
4. dokumentację producenta dotyczącą eksploatacji i konserwacji;
5. wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego.

Gwarancja i serwis

1. Minimalny okres gwarancji wynosi **24 miesiące**, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy łóżka rehabilitacyjnego, materac, wyposażenie dodatkowe, układ elektryczny, siłowniki, elementy mechaniczne oraz akcesoria dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek wynikających z wad materiałowych, produkcyjnych lub montażowych.
4. W przypadku awarii uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisowych w terminie określonym w umowie.
5. Wszelkie koszty związane z realizacją napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu serwisu, robocizny, transportu oraz wymiany części, ponosi Wykonawca.

Produkty równoważne

1. Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano nazwę producenta, typ, model, znak towarowy lub inne oznaczenie identyfikujące konkretny produkt, należy je traktować wyłącznie jako określenie minimalnych wymagań jakościowych, technicznych i funkcjonalnych.
2. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że posiadają parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe nie gorsze od określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zapewniają pełną kompatybilność z wymaganiami Zamawiającego.