

Znak sprawy: G/7/ZP-t/26

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (APARAT USG WSZECHSTRONNY W TYM
DOPPLER Z FUNKCJAMI KARDIO I NACZYNIOWYMI ORAZ Z FUNKCJĄ DO
BADANIA JAMY BRZUSZNEJ, HOLTERY EKG, HOLTERY CIŚNIENIOWE) W RAMACH
PROJEKTU GRANTOWEGO NR FENX.06.01-IP.03- 0001/23 POD NAZWĄ „WSPARCIE
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)”, REALIZOWANEGO W RAMACH
PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT,
ŚRODOWISKO 2021-2027, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatwierdził:

DYREKTOR



wz. mgr Anna Stańczak

Grudziądz dnia 18.08.2026



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (o wartości poniżej równowartości 140 000 Euro).

Przedmiotem postępowania jest: Dostawa sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) w ramach Projektu Grantowego nr FENX.06.01-IP.03- 0001/23 pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu
ul. Legionów 57, 86 - 300 Grudziądz

NIP: 876 - 200 - 11 - 72

KRS: 0000002145

adres e-mail: kancelaria@wsplgrudziadz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsplgrudziadz.pl

Adres Elektroniczn. Skrzynki Podawczej Zamawiającego na platformie ePUAP: /WSPLGRUDZIADZ/skrytkaESP

Adres strony na której prowadzone jest postępowanie: <https://ezamowienia.gov.pl/pl>

Znak Postępowania: G/7/ZP-t/26 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2026 poz. 793)
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2026 poz. 793) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. Ogłoszenie i SWZ udostępnione zostaną na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-25ab277a-0dea-4826-ad2c-f22f4e933a4f> od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) - opis, wymagane parametry, warunki gwarancji i szkoleń określono w załącznikach 1, 1A, 1B, 1C do SWZ

3. Zamówienie będzie realizowane w częściach (3 zadania) .

Zad nr 1 – Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej – 1 kpl. Kod CPV: 33112200-0

Zad nr 2 – Holtery EKG – 6 szt. Kod CPV: 33123210-3

Zad nr 3 – Holtery ciśnieniowe - 4 szt. Kod CPV: 33123000-8

Każda z części zamówienia określona będzie dalej mianem „zadania”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zadania są niepodzielne, stanowią całość. Oferta nie spełniająca wymogów określonych przez Zamawiającego w zakresie całości zadania zostanie odrzucona.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i złożenie oferty nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców; jeżeli są znani na etapie składania oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania i opatrzenia wszystkich dokumentów, korespondencji, notatek, protokołów, przekazywanych Zamawiającemu i dokumentacji logo projektu:



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane - w okresie: do 8 tygodni od daty podpisania umowy
2. Miejscem wykonania Zamówienia jest **Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86 - 300 Grudziądz Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej bud. nr 5.**
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik nr 2 do SWZ.

5. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
 - a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - i) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - ii) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - iii) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - iv) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - v) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego:
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli

N



odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski nie-zależnie od siebie;

- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- 7) w stosunku do którego otwarto likwidację ogłoszono upadłość którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp; w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu.
2. W przypadku konsorcjum i polegania na zasobach innych podmiotów oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu składa:
 - a) każdy ze współników konsorcjum - art. 125 ust. 4 Pzp oraz
 - b) każdy podmiot udostępniający - art. 125 ust. 5 Pzp.
3. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, podmiotowych środków dowodowych (jeśli dotyczy) lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Oferty wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 1, podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” Pzp.
6. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z działem 8 SWZ.

7. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne



2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Arendt – e-mail: marcin.arendt@wspl.grudziadz.pl
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-25ab277a-0dea-4826-ad2c-f22f4e933a4f>
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-25ab277a-0dea-4826-ad2c-f22f4e933a4f
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wspl.pl.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

n



8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 11.2.7.
- Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES typ wewnętrzny lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

14. Dokumenty składane wraz z ofertą:

Wykonawca na Platformie e-zamówienia przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza Ofertowego” udostępnionego przez zamawiającego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Natomiast obowiązującym przy składaniu oferty formularzem jest formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz Wypełniony Formularz (zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń) – Załącznik nr 1A, 1B, 1C do SWZ, które wykonawca musi obligatoryjnie wypełnić i podpisać elektronicznie.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Wypełniony Formularz (zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń) – Załącznik nr 1A, 1B, 1C do SWZ,

2. Oświadczenie o dopuszczeniu asortymentu na rynku polskim - Załącznik nr 6 do SWZ
3. Deklaracja Zgodności CE.
4. Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w języku polskim potwierdzające wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) określonych w załączniku nr 1 A do SWZ.
5. Dokument potwierdzający autoryzację producenta na prowadzenie przez Wykonawcę dystrybucji i serwisu oferowanego sprzętu w Polsce
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – poza załącznikiem nr 1A, 1B, 1C
7. Postanowień ust 5 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Podmiotowe środki dowodowe:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć

- 1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp; w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu.
- 2) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 4
- 3) oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - załącznik nr 5
- 4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
- 6) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 - a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą. Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

- 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 5 SWZ.
- 2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.
- 4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
- 5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty otwarcia ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

3. Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć zgodnie z punktem 8 SWZ do dnia **27.08.2026r. do godziny 11:00 na stronie:**
<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

11. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **27.08.2026r. o godz. 11.30** w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach i parametrach technicznych zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) dla celów stosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
 - 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

W



- 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5.
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z WAGAMI TYCH KRYTERIÓW

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

13.1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria i sposób oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Zad nr 1

Ocena cenowa oferty - 60 %

Parametry techniczne - 30 %

Długość okresu gwarancji 10%

Każda oferta według podanego wyżej kryterium, podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków komisji przetargowej.

2. Ocena oferty.

Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.

Cena netto oferowanego zadania

Na cenę oferty (netto) składają się:

1. cena netto przedmiotu zamówienia
2. koszty dostawy (z ubezpieczeniem), itp.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) dla 1 sztuki danej wielkości jednostki miary, określonego opakowania, do dwóch miejsc po przecinku.

Cena brutto oferowanego zadania

Cena brutto oferty to cena obejmująca cenę netto i podatek VAT

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) dla 1 sztuki danej wielkości jednostki miary, określonego opakowania, do dwóch miejsc po przecinku.

Do obliczenia wartości punktowej ceny Zamawiający przyjmuje wartość brutto całego zadania.

a) kryterium ceny

$$C = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 60 \%$$

C - ilość otrzymanych punktów za kryterium cena

C min - najniższa cena spośród ocenianych ofert

Ci - cena oferty badanej

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 60 pkt.

b) Parametry techniczne:

Zamawiający oceniać będzie kryterium parametry techniczne w oparciu o informacje zawarte w formularzu parametrów technicznych (zał. nr 1A do SWZ) zgodnie z poniższą tabelą.

W

l. p. w zał. nr 1 A	Parametr punktowany	Wartość wymagana	Punktacja
10	Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 43 cm; > 48 cm	TAK podać	2cm-43 cm – 0 pkt. 44cm– 48cm - 5 pkt
20	Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej CINE w prezentacji B oraz kolor Doppler > 100.000 obrazów; > 150.000 obrazów – , maksymalna długość filmu > 600 s	TAK Podać	> 100.000 obrazów – 0pkt > 150.000 obrazów – 5 pkt
24	Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora > 2.200 obrazów/sek; > 2.700 obr/s – 5 pkt	TAK podać	> 2.200 obrazów/sek – 0 pkt > 2.700 obr/s – 5 pkt
72	Ilość kryształów piezoelektrycznych min 200; > 230 – 5 pkt.	TAK podać	min 200 – 0 pkt. > 230 – 5 pkt
77	Kąt obrazowania > 110°; > 115° - 5 pkt.	TAK podać	> 110° - 0 pkt > 115° - 5 pkt.
86	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej – bez konieczności podłączania kabla EKG	TAK	TAK – 5 pkt./ NIE – 0 pkt

Maksymalną ilość punktów (30), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaoferuje wszystkie oceniane parametry a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych parametrów, następnie punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium (30%)

Liczba punktów za parametry techniczne oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru:

$$\text{parametry techniczne} = \frac{\text{łączna liczba punktów oferty badanej przyznanych zgodnie z metodą określoną w zał.nr 1A}}{30} \times 30\%$$

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 30 pkt.

c) Długość okresu gwarancji G

$$G = \frac{G_i}{G_{max}} \times 10\%$$

Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały system (aparat, głowice, printer)

G - ilość otrzymanych punktów za kryterium długość okresu gwarancji

G max – oferta z najdłuższym okresem gwarancji

G_i - okres gwarancji oferty badanej

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 10 pkt.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wg wzoru:

$$P = C + T + G$$



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

gdzie:

P – łączna liczba punktów

C – punkty przyznane w kryterium Cena

T – punkty przyznane w kryterium Parametry techniczne

G – punkty przyznane za długość okresu gwarancji

Zad nr 2 i 3

3. Kryteria i sposób oceny ofert.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena cenowa oferty - 60 %

Termin dostawy 40%

Każda oferta według podanego wyżej kryterium, podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków komisji przetargowej.

2. Ocena oferty.

Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.

Cena netto oferowanego zadania

Na cenę oferty (netto) składają się:

1. cena netto przedmiotu zamówienia
2. koszty dostawy (z ubezpieczeniem), itp.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) dla 1 sztuki danej wielkości jednostki miary, określonego opakowania, do dwóch miejsc po przecinku.

Cena brutto oferowanego zadania

Cena brutto oferty to cena obejmująca cenę netto i podatek VAT

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) dla 1 sztuki danej wielkości jednostki miary, określonego opakowania, do dwóch miejsc po przecinku.

Do obliczenia wartości punktowej ceny Zamawiający przyjmuje wartość brutto całego zadania.

a) kryterium ceny

$$C = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 60 \%$$

C - ilość otrzymanych punktów za kryterium cena

C min - najniższa cena spośród ocenianych ofert

C_i - cena oferty badanej

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 60 pkt.

b) Termin dostawy

$$T = \frac{T_i}{40} \times 40\%$$

T - ilość otrzymanych punktów za kryterium termin dostawy

40 - maksymalna liczba punktów (40)

T_i - punkty za termin dostawy oferty badanej

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 40 pkt. w tym kryterium

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wg wzoru:

N



$$P = C + T$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów

C – punkty przyznane w kryterium Cena

T – punkty przyznane za termin dostawy

14. WYBÓR WYKONAWCY ORAZ ZAWARCIE UMOWY

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w przyjętych w postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 10, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy, winni dostarczyć Zamawiającemu:
 - 1) w przypadku konsorcjum - umowę założenia konsorcjum, regulującą współpracę członków konsorcjum w realizacji przedmiotowego zamówienia,
 - 2) w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej (w części dotyczącej uprawnień wspólników)

15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANY UMOWY

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa (załącznik nr 2 do SWZ).

Zakres przewidywanych istotnych zmian oraz warunki tych zmian:

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp strony umowy mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
 - b) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Dostawcy – Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie innego asortymentu, o parametrach nie gorszych niż minimalne wymagania postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniku nr 2 do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Dostawcę braku możliwości dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie Dostawcy nie zostanie zwiększone,
 - c) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy.
4. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.
5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.

16. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

n



Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (WSPL SPZOZ) adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, tel.: 56 64 40 950
2. Dane Inspektora ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu, e-mail: iod@wspl.pl.pl, adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującym JRWA WSPL SPZOZ w Grudziądzu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pan/Pani:
 - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO,
 - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* na podstawie art. 16 RODO,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Nie przysługują Pani/Panu:
 - prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zgodnie z art. 13/14 RODO informujemy, że informacje o niniejszej umowie, w zakresie określonym w art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlegają udostępnieniu w jawnym Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych prowadzonym przez Ministra Finansów. Administratorem danych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ww. ustawą. Dane będą udostępniane przez okres 5 lat od końca roku, w którym umowa przestała obowiązywać. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w RODO, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o jawności finansów publicznych.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie zawiera:

W



- 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
 - 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
 - 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
 - 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 - 5) określenie przedmiotu zamówienia;
 - 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 - 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
 - 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 - 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
 - 12) wykaz załączników.
8. Do odwołania dołącza się:
- 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
 - 2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
 - 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
9. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
- a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
11. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
12. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
13. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
14. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
15. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

20 INFORMACJE KOŃCOWE

1. Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,
- składania ofert wariantowych
- aukcji elektronicznej,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- prowadzenia rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcami.
- wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
- zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP;
- możliwości skorzystania z prawa opcji.




21. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ:

- Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo cenowy
- Załącznik nr 1A – tabela parametry techniczne (aparat USG)
- Załącznik nr 1B – tabela parametry techniczne (holter EKG)
- Załącznik nr 1C – tabela parametry techniczne (holter ciśnieniowy)
- Załącznik nr 2 – wzór umowy
- Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 125
- Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
- Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dopuszczeniu asortymentu na rynku polskim

Opracowała komisja:

przewodniczący – mgr M. Arendt		
Sekretarz - mgr R. Winnicki		
Członek - lek. med. Agnieszka Malinowska		
Członek - Specjalista pielęgniarstwa mgr Anna Sokół – Janik		



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

Narodowy Fundusz Zdrowia

Znak sprawy G/7/ZP-t/26

Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy

Zamawiający

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57, 86 - 300 Grudziądz

Wykonawca

Pełna nazwa:

Adres: woj.

NIP: REGON

Tel/fax do kontaktu w sprawie postęp. e-mail do kontaktu w sprawie postęp.

Adres skrzynki ePUAP NR KRS/CEiDG

2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) w ramach Projektu Grantowego nr FENX.06.01-ip.03- 0001/23 pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zadanie nr 1: Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Model	Producent nazwa	Cena jedn. netto w PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość VAT w PLN	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Aparat USG	Kpl.	1								
RAZEM											

Słownie:

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NpZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Wartość netto:.....

Wartość VAT:.....

Wartość brutto.....

Termin realizacji zamówienia do dni od dnia podpisania umowy (podać)

Długość okresu gwarancji min 24 miesiące (podać)

Zadanie nr 2: Holtery EKG

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Model	Producent nazwa	Cena jedn. netto w PLN	VAT %	Cena jednostko wa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość VAT w PLN	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Holter EKG	Szt..	6								
RAZEM											

Słownie:

Wartość netto:.....

Wartość VAT:.....

Wartość brutto.....

Termin realizacji zamówienia do dni od dnia podpisania umowy (podać) Zgodnie z zał. nr 1 B

W



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

Długość okresu gwarancji min. 24 miesiące (podać)

Zadanie nr 3: Holtery ciśnieniowe

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Model	Producent nazwa	Cena jedn. netto w PLN	VAT %	Cena jednostko wa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość VAT w PLN	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Holter ciśnieniowy	Szt.	4								
RAZEM											

Słownie:

Wartość netto:.....

Wartość VAT:.....

Wartość brutto:.....

Termin realizacji zamówienia dodni od dnia podpisania umowy (podać) Zgodnie z zał. nr 1 C

Długość okresu gwarancji min. 24 miesiące (podać)

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert - patrz pkt. 13 SWZ

2

- zestawienie parametrów granicznych dla **wyżej wymienionych urządzeń** określają załączniki nr 1A, 1B, 1C do SWZ
- wzór umowy na dostawę sprzętu określa załącznik nr 2 do SWZ

4. Termin płatności do 30 dni od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego i wystawienia faktury

5. Oświadczenia:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą;
- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni

- składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym */jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*. (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. (niepotrzebne skreślić)

- jesteśmy (należy wybrać: mikroprzedsiębiorstwo; małe przedsiębiorstwo; średnie przedsiębiorstwo; jednoosobowa działalność gospodarcza; osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; inny rodzaj)

6. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest:tel. e-mail.....

- osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:.....tel.e-mail.....

7. Podwykonawcy:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, (w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja – wypełnić dane poniżej).

* w załączeniu **przedstawiamy / nie przedstawiamy** (niepotrzebne skreślić)

Część zamówienia (opisać zakres):

Nazwa (firma) podwykonawcy:

8. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust. 2 Pzp informuję, że wybór mojej oferty **nie będzie/ będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru bez kwoty podatku VAT
1		
2		

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

**należy skreślić niewłaściwy wariant*

Uwaga! Ofertę należy podpisać:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik nr 1A

Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model
Producent:.....
Kraj pochodzenia:
Nazwa wykonawcy:.....
Rok produkcji (**2026 r.** aparat fabrycznie nowy niepowystawowy).....
Cena netto Cena brutto.....
(wypełnić w/w wykropkowane miejsca)

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia i parametry wymagane	WARTOŚĆ WYMAGANA	Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru
Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej.			
Konstrukcja			
1	Parametry ogólne – sprzęt fabrycznie nowy	TAK	
2	Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja.	TAK	
3	Masa urządzenia ≤ 80 kg	TAK, podać	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

4	Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą	TAK	
5	Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora	TAK	
6	Możliwość obrotu pulpitu operatora	TAK	
7	Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu > 21'' i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania	TAK podać	
8	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12''	TAK podać	
9	Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 – 18,0 [MHz]	TAK podać	
10	Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 43 cm; > 48 cm - 5 pkt	TAK podać 2cm-43 cm – 0 pkt. > 48cm - 5 pkt	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

11	Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4	TAK podać	
12	Ilość portów USB nie mniej niż: 3	TAK podać	
13	System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 1 TB	TAK	
14	Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB	TAK	
15	Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM	TAK	
16	Interfejs sieciowy DICOM	TAK	
17	Drukarka termiczna czarno – biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu.	TAK	
18	Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń.	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

19	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop)	TAK	
20	Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej CINE w prezentacji B oraz kolor Doppler > 100.000 obrazów ; > 150.000 obrazów – 5pkt , maksymalna długość filmu > 600 s	TAK Podać > 100.000 obrazów – 0pkt > 150.000 obrazów – 5 pkt	
	Maksymalna długość spektrum w pamięci dynamicznej CINE > 3.000 s	Tak podać	
21	Możliwość umieszczania opisów na obrazie	TAK	
	Obrazowanie		
22	Tryb 2D (B-mode)	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

		TAK podać	
23	Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora > 2.200 obrazów/sek; > 2.700 obr/s – 5 pkt	> 2.200 obrazów/sek – 0 pkt > 2.700 obr/s – 5 pkt	
24	Obrazowanie w technice II harmonicznej	TAK	
25	Cyfrowa redukcja szumów, plamek. Obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków	TAK	
26	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (minimum wzmocnienie, TGC, kontrast) za pomocą jednego przycisku	TAK	
27	Obrazowanie w trybie M-mode.	TAK	
28	Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode	TAK	
29	Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum	TAK	
30	Obrazowanie w trybie kolor M-mode	TAK	
31	Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

32	Praca w trybie zakrzywiony M-mode (prezentacja M ze swobodnie poprowadzonej krzywej) współpracująca również z obrazowaniem w trybach dopplera tkankowego	TAK	
33	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	TAK	
34	Zakres regulacji korekcji kąta min. $\pm 0 - 85^\circ$	TAK Podać	
35	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie $\geq 8,0$ m/s,	TAK Podać	
36	Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm	TAK Podać	
37	Automatyczna optymalizacja spektrum (minimum skala, linii bazowa) przy pomocy jednego przycisku	TAK	
38	Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku.	TAK	
39	Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF)	TAK	
40	Tryb Dopplera ciągłego	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

41	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s,	TAK podać	
42	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	TAK	
43	Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” w trybie kolor doppler > 650 obrazów/sek	TAK podać	
44	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym;	TAK	
45	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym;	TAK	
46	Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D)	TAK	
47	Możliwość regulacji linii bazowej koloru na obrazach z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum.	TAK	
48	Tryb angiologiczny (Power Doppler)	TAK	
49	Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera – niezależne od kąta padania wiązki ultradźwiękowej, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking)	TAK	
50	Spektralny i kolorowy doppler tkankowy	TAK	
51	Możliwość wyłączenia obrazowania w trybie kolorowego dopplera tkankowego na obrazach odtwarzanych z archiwum.	TAK	
52	Tryb jednoczesnego wyświetlania na podzielonym ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym w trybach B+B/CD	TAK	
53	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

54	Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej lewej komory i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) z automatycznym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej (EF)	TAK	
55	Obrazowanie z użyciem środka kontrastowego (opacyfikacja)	TAK	
56	Elastografia uciskowa (Strain)	TAK	
57	Obrazowanie panoramiczne z oferowanej głowicy liniowej	TAK	
	Pomiary		
58	Oprogramowanie pomiarowe do badań kardiologicznych, w tym pomiary i obliczenia: EF, CO, MVA, AVA, E/E', dp/dt, Qp/Qs	TAK	
59	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.	TAK	
60	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej – bez konieczności podłączania kabla EKG	TAK	
61	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej inteligencji (AI) narzędzie pozwalające na całkowicie automatyczny pomiar najbardziej powszechnych parametrów w prezentacji przymostkowej PLAX LV (minimum IVS, LVID, LVPW) w fazie skurczu i rozkurczu serca	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Narodowy Fundusz Zdrowia

62	Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie wartości w pomiarach dopplerowskich kardiologicznych (za pomocą jednego naciśnięcia przycisku) Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI. Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej Inteligencji (AI) narzędzie, pozwalające na całkowicie automatyczny pomiar najbardziej powszechnych parametrów spektrum dopplerowskiego w badaniu serca, minimum:	TAK	
63	Zastawka Mitralna (MV) : MV E Vel; DecT, Dec Slop, A Vel, E/A Ratio Zastawka Aortalna (AV): LVOT: Max, Min, max PG, mean PG, VTI, Env Ti, HR Zastawka płucna (PV): PV Max, RVOT V max , VTI Zastawkę trójdzielną (TR): TR V max, max PG	TAK	
64	Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO)	TAK podać	
65	Podstawowe pomiary parametrów Dopplera w badaniach przepływów naczyniowych: prędkości (wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, tętna, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości, w tym również na obrazach odtwarzanych z archiwum na dysku aparatu	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NPFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

66	Automatyczny pomiar IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne wyznaczenie wartości IMT	TAK	
67	Raport z badania kardiologicznego i naczyniowego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia	TAK	
68	Możliwość stworzenia własnego raportu	TAK	
68	Możliwość załączenia obrazów do raportu	TAK	
69	Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej	TAK	
	Główce		
70	Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureWave, Single Crystal) do badań kardiologicznych pacjentów dorosłych	TAK	
71	Ilość kryształów piezoelektrycznych min 200; > 230 – 5 pkt.	TAK podać min 200 – 0 pkt. > 230 – 5 pkt.	
72	Zakres częstotliwości obrazowania w trybie 2D min. 1,5 – 4,0 MHz.	TAK podać	
73	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym.	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NpZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

74	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym.	TAK	
75	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej.	TAK	
76	Kąt obrazowania > 110°; > 115° - 5 pkt.	TAK podać > 110° - 0 pkt > 115° - 5 pkt.	
77	Głębokość obrazowania > 35 cm.	TAK podać	
78	Głowica liniowa	TAK	
79	Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0-12,0 MHz	TAK podać	
80	Ilość kryształów > 190	TAK podać	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

81	Obrazowanie trapezowe	TAK	
82	Szerokość pola obrazowania z zakresu 38 – 42 mm,	TAK	
83	Głowica typu convex	TAK	
84	Zakres częstotliwości obejmujący przedział 1,4-6,0 MHz	TAK	
85	Ilość kryształów > 190	TAK	
86	Kąt pola obrazowania min 70°	TAK	
	Możliwości rozbudowy		
87	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzetykową matrycową, umożliwiającą jednocześnie obrazowanie w minimum 2 wybranych płaszczyznach skanowania. Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5-7,5 MHz, ilość kryształów > 2.400, głębokość obrazowania > 18 cm	TAK	
88	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej – bez konieczności podłączania kabla EKG TAK – 5 pkt./ NIE – 0 pkt	TAK TAK – 5 pkt./ NIE – 0 pkt	

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

INNE WYMAGANIA		
89	Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem	TAK podać adres serwisu
90	Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały system (aparat, głowice, printer)	TAK, Podać (kryterium oceny 10%)
91	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu	TAK
92	Okres gwarancji dostępności części zamiennych 10 od daty sprzedaży aparatu	TAK
93	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu	TAK
94	Awaria urządzenia w okresie gwarancji przedłuża gwarancję o czas wyłączenia aparatu z eksploatacji	TAK
95	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki	TAK podać
96	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72h) liczone od momentu podjęcia naprawy	TAK, podać
97	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni) liczony od momentu zgłoszenia naprawy	TAK podać
98	Minimum jeden bezpłatny przegląd okresowy w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji)	TAK
99	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim	TAK
100	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)	TAK

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

101	Wszelkie posiadane materiały informacyjne prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim	TAK	
102	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	TAK	
103	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK	

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” lub nie wypełnienie jakiegokolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SWZ, Wykonawca winien zaferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Dokument podpisać elektronicznie

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik nr 1B

Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu/model

Producent:.....

Kraj pochodzenia:

Nazwa wykonawcy:.....

Rok produkcji (**2026 r.** aparat fabrycznie nowy niepowystawowy).....

Cena nettoszt. Cena brutto.....szt.

(wypełnić w/w wykropkowane miejsca)

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia i parametry wymagane	WARTOŚĆ WYMAGANA	Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru
Holter EKG			
1	Rejestrator fabrycznie nowy	TAK	
2	Rejestrator hybrydowy umożliwiający zapis 3 lub 12 kanałów EKG	TAK	
3	Automatyczna detekcja trybu pracy (3 lub 12 kanałów EKG) na podstawie podłączonego kabla pacjenta (obsługa kabli 4, 5, 7 lub 10 elektrodowych)	TAK	
4	Rejestracja 3-kanałowego EKG możliwa przy użyciu kabla pacjenta z konfiguracją 3, 4 lub 7 elektrod	TAK	

W



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

7	Rejestracja 12-kanalowego EKG za pomocą 10-elektrodowego kabla pacjenta	TAK	
8	Transmisja danych realizowana za pomocą bezpośredniego połączenia przez kabel USB lub poprzez wymienny nośnik danych (karta SD) z użyciem zewnętrznego czytnika	TAK	
9	Pojemność pamięci: ≥ 4 GB	TAK podać	
10	Rejestracja krzywej oddechowej	TAK	
11	Zapis pozycji ciała pacjenta	TAK	
12	Możliwość usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera	TAK	
13	Rejestrator wyposażony w złącze sygnałowe (typu HDMI), zapewniające wysoką stabilność mechaniczną połączenia kabla pacjenta, prostotę podłączenia oraz minimalizację ryzyka uszkodzenia złącza	TAK	
14	Jedno, wspólne złącze (typu HDMI) dla akwizycji sygnału EKG oraz transmisji danych	TAK	
15	Osobny zapis SAECG w 1024 Hz oraz 16 bitach	TAK	
16	Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd (lub podgląd na żądanie) kluczowych parametrów badania: krzywej EKG dla każdego kanału osobno w czasie rzeczywistym, aktualnego tętna, czasu trwania badania, daty oraz poziomu naładowania baterii.	TAK	
17	Przycisk EVENT (Zdarzenia) umożliwiający rejestrację znacznika czasu (markera) w zapisie EKG w celu późniejszej korelacji z objawami odczuwanymi przez pacjenta.	TAK	
18	Niezależny kanał dla rozrusznika o częstotliwości próbkowania 10240 / sek.	TAK	
19	16 bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego w zakresie częstotliwości pomiędzy 0.05 do 150 Hz.	TAK	
20	Próbkowanie 4,096 Hz, zapis do pamięci 128 Hz.	TAK	

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

	Maksymalny czas ciągłej rejestracji: Do 7 dni z opcją wymiany baterii podczas badania lub do 36 godzin bez konieczności wymiany źródła zasilania	Tak	
21	Dane przechowywane w pamięci rejestratora: imię, nazwisko, ID, kod HIS, MI, numer karty, płeć, wiek, data urodzenia, waga, wzrost, czas początku zapisu, stymulator, numer telefonu, adres, ICD-10, wskazania, uwagi, numer pacjenta ambulatoryjnego, numer pacjenta szpitalnego, numer oddziału, numer sali, numer łóżka, numer identyfikacyjny, numer karty leków, oddział, jednostka zlecająca, lekarz zlecający	TAK	
22	Urządzenie zasilane jedną baterią typu AAA, z możliwością stosowania baterii jednorazowego użytku lub wielokrotnego ładowania (akumulatora)		
23	Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera	TAK	
24	Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC	TAK	
25	Rejestrator kompatybilny z systemem DMS CardioScan 10, 11 i 12	TAK	
26	Okres gwarancji min. 24 miesiące.	TAK	
	Parametry systemu		
28	Ocena zapisów 3 oraz 12-kanalowych	TAK	
29	Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców.	TAK	
30	Możliwość dodatkowego grupowania pobudeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup template'ów	TAK	

W



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

31	Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE)	TAK	
32	Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wyszukaj podobne, wykres Poincaré'a dla każdego szablonu	TAK	
33	Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt	TAK	
34	Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T	TAK	
35	Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy.	TAK	
36	Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania	TAK	
37	Przykłady Min. i Max HR	TAK	
38	Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu	TAK	
39	Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu	TAK	
40	Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady.	TAK	
41	Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty	TAK	

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

42	Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane	TAK	
43	Analiza ST: - ocena przesłuszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych	TAK	
44	Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy)	TAK	

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

45	Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku	TAK	
----	---	-----	--



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

46	Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych., Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy	TAK	
	Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy	TAK	
	Ocena pracy różnych typów stymulatorów	TAK	
	Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika	TAK	
	24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat”	TAK	
	Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka	TAK	
47			
48			
49			
50			
51			



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

	Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły	TAK	
53	Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG.	TAK	
54	Tworzenie raportów w oparciu o szablon zdefiniowane przez użytkownika	TAK	
55	Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do wrażliwych danych osobowych pacjentów poprzez login oraz hasło (dla każdego użytkownika osobne)	TAK	
56	Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
57	System holterowski kompatybilny z systemem Windows 7 lub nowszym	TAK	
INNE WYMAGANIA			
58	Czas realizacji kompletnego zamówienia	TAK, zaznaczyć: do 14 dni - 40 pkt Od 15 do 28 dni - 20 pkt Od 28 do 56 dni - 0 pkt	☐ Do 14 dni ☐ Od 15 do 28 dni ☐ Od 28 do 56 dni
59	Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem	TAK podać adres serwisu	
60	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK, Podać	
61	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

62	Okres gwarancji dostępności części zamiennych 10 od daty sprzedaży aparatu	TAK	
63	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu	TAK	
64	Awaria urządzenia w okresie gwarancji przedłuża gwarancję o czas wyłączenia aparatu z eksploatacji	TAK	
65	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki	TAK podać	
66	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72h) liczone od momentu podjęcia naprawy	TAK, podać	
67	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni) liczony od momentu zgłoszenia naprawy	TAK podać	
68	Minimum jeden bezpłatny przegląd okresowy w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji)	TAK	
69	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim	TAK	
70	Certyfikat CE (dokumenty załączyć)	TAK	
71	Wszelkie posiadane materiały informacyjne prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim	TAK	
72	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	TAK	
73	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanych rejestratorów na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik nr 1C

Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu/model

Producent:.....

Kraj pochodzenia:

Nazwa wykonawcy:.....

Rok produkcji (2026 r. aparat fabrycznie nowy niepowystawowy).....

Cena nettoszt. Cena brutto.....szt.

(wypełnić w/w wykreślane miejsca)

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia i parametry wymagane	WARTOŚĆ WYMAGANA	Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru
Holter ciśnieniowy			
1	Oprogramowanie	TAK	
2	Oprogramowanie w języku polskim	TAK	
3	Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel Micro USB - USB	TAK	

2



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

4	Wbudowana baza danych pacjentów	TAK	
5	Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha”	TAK	
6	Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy	TAK	
7	Informacja o błędnym pomiarze	TAK	
8	Możliwość usuwania pomiarów z analizy	TAK	
9	Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów)	TAK	
10	Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania	TAK	
11	Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH	TAK	
12	Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania	TAK	
13	Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych	TAK	
14	Tabela referencyjna progów pediatrycznych wg Wuhl i inni (2002) oraz Soergel (1997)	TAK	
15	Możliwość edycji danych pacjenta	TAK	
16	Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu	TAK	
17	Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

18	Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna	TAK	
19	Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000	TAK	
20	Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000.	TAK	
21	Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację i nałożenie na siebie: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami	TAK	
22	Wbudowana analiza AASI	TAK	
23	Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatricznej AHA, pediatriczny Soergel	TAK	
24	Możliwość konfiguracji raportu	TAK	
25	Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF, API, GDT, ASCII, XML, AWP4	TAK	
26	Możliwość nadania nazwy eksportowanego raportu: ID pacjenta, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Badanie referencyjne, Data badania, Aktualny czas, Użytkownik AWP, Uwaga 1, Uwaga 2	TAK	
27	Możliwość zdefiniowania katalogu eksportu	TAK	
28	Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu	TAK	
29	Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

30	Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów	TAK	
31	Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem	TAK	
32	Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania.	TAK	
33	Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego.	TAK	
34	Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem	TAK	
35	Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności	TAK	
36	Instrukcja użytkownika oprogramowania w języku polskim	TAK	
37	Rejestrator	TAK	
38	Rejestrator fabrycznie nowy	TAK	
39	Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną	TAK	
40	Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania	TAK	
41	Programowanie częstotści pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min	TAK	
42	Aparat wyposażony w gniazdo micro USB do komunikacji z komputerem	TAK	
43	Możliwość wykonania do 250 pomiarów	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NPFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

44	Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg	TAK podać	
45	Dokładność: $\pm 2\%$ lub $\pm 3\text{mmHg}$ (w zależności, która wartość jest większa)	TAK	
46	Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm	TAK podać	
47	2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem	TAK	
48	Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta	TAK	
49	Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku	TAK	
50	Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora	TAK	
51	Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu	TAK	
52	Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA	TAK	
53	Możliwość zastosowania akumulatorów	TAK	
54	Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami	TAK	
55	Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej)	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

INNE WYMAGANIA

		TAK, zaznaczyć: do 14 dni - 40 pkt Od 15 do 28 dni - 20 pkt Od 28 do 56 dni - 0 pkt	☐ Do 14 dni ☐ Od 15 do 28 dni ☐ Od 28 do 56 dni
56	Czas realizacji kompletnego zamówienia		
57	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK podać adres serwisu	
58	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu	TAK	
59	Okres gwarancji dostępności części zamiennych 10 od daty sprzedaży aparatu	TAK	
60	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy - 3 naprawy tego samego elementu	TAK	
61	Awaria urządzenia w okresie gwarancji przedłuża gwarancję o czas wyłączenia aparatu z eksploatacji	TAK	
62	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki	TAK podać	
63	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72h) liczone od momentu podjęcia naprawy	TAK, podać	
64	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni) liczony od momentu zgłoszenia naprawy	TAK podać	
65	Minimum jeden bezpłatny przegląd okresowy w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji)	TAK	



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Narodowy Fundusz Zdrowia

66	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej na płycie CD)	TAK	
67	Certyfikat CE (dokumenty załączyć)	TAK	
68	Wszelkie posiadane materiały informacyjne prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim	TAK	
69	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	TAK	
70	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanych rejestratorów na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK	

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” lub nie wypełnienie jakiegokolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Dokument podpisać elektronicznie

W

UMOWA G/ /Zp-u/26

Załącznik nr 2

Zawarta w dniu2026 roku w Grudziądzu pomiędzy:

Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Grudziądzu przy ul. Legionów 57, 86 - 300 Grudziądz, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002145, NIP 876 200 11 72, Regon 870611566 reprezentowaną przez:

1. lek. med. Andrzej Małecki - Dyrektor

2. mgr Katarzyna Dankowska - Główna Księgowa

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2026 poz. 793) Dostawa sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) w ramach Projektu Grantowego nr FENX.06.01-ip.03- 0001/23 pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§ 1 - TERMINOLOGIA

Przez określenia użyte w umowie należy rozumieć:

1. Wykonawca:

Tel.:
e-mail:
REGON:
NIP:

2. Zamawiający/odbiorca:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86 - 300 Grudziądz
Tel.: 261483111
Faks: (56) 4613220
e-mail: sekretariat@wspl.pl.pl
REGON: 870611566
NIP: 876 200 11 72

3. Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) w ramach Projektu Grantowego nr FENX.06.01-ip.03- 0001/23 pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. CPV:

5. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o poufności
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy (załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C)

§ 2 - PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa montaż i uruchomienie aparatu....., wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej obsługi zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń stanowiących załącznik do niniejszej Umowy - Oferta Wykonawcy.
2. Urządzenie będące przedmiotem dostawy musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2026 roku dostarczone w oryginalnych i fabrycznie zamkniętych opakowaniach oznakowanych znakiem firmowym producenta i jego indywidualnym kodem.
3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie zostało dopuszczone do obrotu na rynku i może być eksploatowane w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce dla celów ich działalności oraz posiada certyfikat zgodności CE wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy dokumenty dopuszczające kompletny aparat do obrotu.

§ 3 - OBOWIĄZKI STRON

1. Urządzenie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
2. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia dostarczonego urządzenia zgodnie z treścią instrukcji jego montażu i instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
3. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca nieodpłatnie przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu siedziby Zamawiającego.

§ 4 - TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia jego instalacji, uruchomienia, przeprowadzenia wstępnego szkolenia pracowników Zamawiającego w terminie do2026 r.
O terminie dostarczenia urządzeń Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego mailem (marcin.arendt@wsplgrudziadz.pl), najpóźniej na 3 dni robocze przed jego dostawą.

§ 5 – WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostawa urządzenia zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego w jednym z dni roboczych od poniedziałku do piątku w godz. Od 8 00 do 14 00.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione urządzenie do siedziby Zamawiającego tj. WSPL SPZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57, budynek nr 5 - gabinety POZ na swój koszt i ryzyko.
3. Dostawa sprzętu obejmuje czynności rozładowania ze środka transportu i wniesienie do wskazanego pomieszczenia Zamawiającego.
4. Wraz z towarem Wykonawca obowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne urządzenia wymagane atesty oraz instrukcje obsługi i instalacji, karty techniczne zawierające charakterystykę urządzenia w języku polskim oraz wypełniony paszport techniczny urządzenia.
5. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia.
6. Za techniczną realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest p. Marcin Arendt tel. 566440953. Osoba ta upoważniona jest do kontaktów z Wykonawcą w zakresie technicznej realizacji niniejszej umowy.
Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest
7. Odpowiedzialność za przedmiot umowy przenosi się na Zamawiającego z chwilą podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo – odbiorczego
8. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, nie spełniających ustalonych wymogów i/lub parametrów technicznych, w szczególności jeśli aparat posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia.

§ 6 - WYNAGRODZENIE

1. Wartość przedmiotu niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji wynosi:

Zad nr 1 netto plus podatek VAT 8% co stanowi wartość zł
brutto (słownie: 00/100).
Zad nr 2 netto plus podatek VAT 8% co stanowi wartość zł
brutto (słownie: 00/100).

Zad nr 3 netto plus podatek VAT 8% co stanowi wartość zł
brutto (słownie: 00/100).

2. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, instalacją, uruchomieniem, wykonaniem odpowiednich, prób i testów, przeszkoleniem personelu, gwarancją oraz ubezpieczeniem do chwili odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
3. Zapłata należności za dostarczone urządzenie jego montaż /instalację i uruchomienie nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami odbioru urządzeń - przelewem. Zamawiający nie będzie realizował płatności na podstawie faktur częściowych. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktur korygujących powinny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>.
6. W wypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności wymaganych treści umowy i wystawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w niniejszej umowie, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności do czasu ich uzupełnienia lub korekty przy czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów.

§ 7- WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi, w czasie której w pełni zabezpiecza funkcje techniczne i użytkowe przedmiotu umowy. Okres gwarancji na dostarczony aparat **wynosimiesiące.**
2. Okres gwarancji liczony będzie od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zapewnia, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużyty, nie ma defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas użytkowania. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy.
4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez Zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.
5. O ujawnionych wadzie lub awarii Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną, których usunięcie dokonane zostanie przez Wykonawcę bezpłatnie, w ramach udzielonej gwarancji.
6. W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 5/7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas usunięcia usterki może być wydłużony do 21 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu
7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji wykonywać będzie bezpłatnie przeglądy urządzenia i czynności serwisu gwarancyjnego zalecane przez ich producenta dla utrzymania uprawnień gwarancyjnych w miejscu ich użytkowania i w terminach przez niego określonych. Przeglądy i czynności serwisu gwarancyjnego realizowane będą w imieniu Wykonawcy przez autoryzowany **serwis:** w terminach, częstotliwości i zakresie określonym dokumentami gwarancyjnymi.

§ 8 - KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub jej części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:



- a) 5 % wartości netto umowy określonej w § 6 ust. 1 gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
- b) 0,2 % wartości netto umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy określonym w § 4 ust 1 oraz za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad określonym w § 7
2. Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9- ZMIANA UMOWY

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp strony umowy mogą dokonać zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
 - b) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Dostawcy – Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie innego asortymentu, o parametrach nie gorszych niż minimalne wymogi postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniku nr 2 do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Dostawcę braku możliwości dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie Dostawcy nie zostanie zwiększone,
 - c) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.
3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.

§ 10 - ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej części w każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, przede wszystkim niespełnienie przez dostarczone urządzenie parametrów technicznych określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych

§ 11 - POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaną umową.
2. Poprzez informacje poufne rozumiemy przede wszystkim: informacje przetwarzane w celu realizacji działań podstawowych, tj. wrażliwe dane osobowe występujące w formie niematerialnej (np. dane w postaci cyfrowej) oraz rzadziej w formie materialnej (np. wydruki); informacje dotyczące WSPL SPZOZ i osób w nim pracujących.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie pozyskiwać w jakikolwiek sposób informacji poufnych poza niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
4. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Zobowiązania podjęte przez Strony w niniejszym paragrafie pozostają w mocy w czasie trwania, jak i po zakończeniu umowy.

W

6. Jakikolwiek dokument inny niż Umowa, wydany Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy pozostaje własnością Zamawiającego i podlega zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy.
7. Wykonawca podpisuje oświadczenie o poufności stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 12 - INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (WSPL SPZOZ) adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, tel.: 56 64 40 950
2. Inspektor ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Grudziądzu e-mail: iod@wspl.pl.pl, adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, tel.: 56 64 40 958
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującym JRWA WSPL SPZOZ w Grudziądzu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pan/Pani:
 - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO,
 - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* na podstawie art. 16 RODO,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10. Zgodnie z art. 13/14 RODO informujemy, że informacje o niniejszej umowie, w zakresie określonym w art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlegają udostępnieniu w jawnym Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych prowadzonym przez Ministra Finansów. Administratorem danych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu.. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ww. ustawą. Dane będą udostępniane przez okres 5 lat od końca roku, w którym umowa przestała obowiązywać. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w RODO, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o jawności finansów publicznych.

§ 13 - POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbyć wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego.
2. Spory wynikłe na realizację niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1 do umowy

.....dn.....

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności

W związku z realizacją umowy nr, ja niżej podpisany reprezentujący

....., jako Wykonawca oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. Nie ujawniać żadnych informacji ani środków ochrony informacji oraz środków ochrony systemu informatycznego, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania zadania, o którym mowa powyżej, przekazanych mi przez WSPL SPZOZ w Grudziądzu.
2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych przedmiotem umowy
3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna osoba zaangażowana przez Wykonawcę do realizacji umowy otrzymująca informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę WSPL SPZOZ nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim
4. Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności na podstawie umowy i tylko w zakresie, w jakim ci pracownicy muszą mieć dostęp w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
5. Nie kopiowania, nie powielania, nie utrwalania żadnych danych lub informacji w jakikolwiek sposób oraz nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji lub danych uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy.
6. Zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji, do których będę miał dostęp w związku z realizacją zadania, o którym mowa powyżej, gwarantowały zabezpieczenie informacji przed dostępem osób trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi.

Oświadczam, że mam świadomość skutków prawnych mogących powstać w związku z naruszeniem poufności otrzymanych informacji.

.....
Data i czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp.

.....dnia,

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) w ramach Projektu Grantowego nr FENX.06.01-ip.03- 0001/23 pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- znak sprawy: G/7/ZP-t/26

Wykonawca:
pełna nazwa i adres

reprezentowany przez:
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,8,10 ustawy Pzp oświadczam, że:

- 1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
- 2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 8,10 ustawy Pzp;
- 3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mająca zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych powyżej w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4,8,10).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
.....

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Jako Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

W



służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga! Oświadczenie należy podpisać:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

W

Załącznik nr 4

Dostawa sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) w ramach Projektu Grantowego nr FENX.06.01-ip.03- 0001/23 pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- znak sprawy: G/7/ZP-t/26

.....

.....
(nazwa i adres oferenta)

.....
(NIP oferenta)

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym:

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu, ul. Legionów 57, 86 -300 Grudziądz**

(nazwa Zamawiającego)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 **niniejszym oświadczam/oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym**, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

W

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis / pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Oferenta)

Podpisać elektronicznie

W

G/7/ZP-t/26

Załącznik nr 5

.....
(miejscowość, data)

.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy *)

**Oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie**

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514), oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję nie jest podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

.....
(podpis Wykonawcy *)

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

W



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik nr 6

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę sprzętu medycznego (Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej, Holtery EKG, Holtery ciśnieniowe) w ramach Projektu Grantowego nr FENX.06.01-ip.03- 0001/23 pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - znak sprawy: G/7/ZP-t/26

Oświadczenie

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest sprzętem medycznym tzn. wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim, posiada wymagane prawem aktualne dokumenty, stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej (w języku polskim).

.....
Dokument podpisać elektronicznie

W