

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn: Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

Znak sprawy: DZ-751-68/26

W nawiązaniu do art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie do pakietu nr 7, poz. 1-4

Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z zaleceniami producenta oraz posiadały informację w języku polskim nt. użytkowania. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Odp. Zamawiający wymaga.

2. Pytanie dotyczy pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości w pakiecie 7 pozycji nr 2 Czujnik EtCO2 kompatybilny z Lifepak 15; Długość przewodu 400 cm? Czujniki te są pakowane w niepodzielne opakowania a'25 szt., prosba zatem o zgodę na zaoferowanie 23 lub 24 pełnych opakowań, 575 lub 600 szt.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje załącznik 23.2 do SWZ poprzez zmianę ilości sztuk w pakiecie 7 poz. 2 z 580 na 600. Prawidłowy załącznik 23.3 do SWZ Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

3. Pytanie dotyczy pakietu 16

Czy Zamawiający wymaga, aby:

brzeży taśmy były gładkie bez palczastych wypustek, co znacznie zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań, takich jak erozje i wpływa na bezpieczeństwo zabiegu, aby taśma posiadała plastikową osłonkę co zapewnia sterylność, zapobiega zakażeniom, a także zmniejsza urazowość tkanek podczas implantacji; aby była wykonana w technologii quadriaxial, która charakteryzuje się: geometrią romboidalną, włóknami skośnymi, podwójną nicią wzmacniającą, co zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach oraz zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Odp. Zamawiający wymaga włókien skośnych zwiększających odporność na rozciąganie, pozostałe parametry dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Pytanie dotyczy pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający poda nr ref aktualnie używanego czujnika?

Odp. Obecnie Zamawiający stosuje czujnik- nr kat. MVAİL.

5. Pytanie dotyczy pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści inną długość czujnika? Np. 2,5 m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

6. Pytanie dotyczy **pakietu 11, poz. 1-2**
Czy Zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia w obu punktach lub poda nr ref. aktualnie używanego asortymentu?
Odp. Aktualnie Zamawiający używa asortyment: Poz. 1 Nr kat.: 1. cx-370830; Poz. 2 Nr kat.: 100-000080-00
7. Pytanie dotyczy **pakietu 8, poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści nerkę o wymiarach: 25x130x50 mm pojemność 700 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
8. Pytanie dotyczy **pakietu 8, poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści kaczkę tradycyjną o wymiarach: 245x125x105 mm o pojemności 875 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
9. Pytanie dotyczy **pakietu 8, poz. 3**
Czy Zamawiający dopuści basen o pojemności 1,3L i wymiarach: 350x285x75 mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
10. Pytanie dotyczy **pakietu 8, poz. 3**
Czy Zamawiający dopuści basen o pojemności 2L i wymiarach: 360x275x90 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
11. Pytanie dotyczy **pakietu 2**
Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapki obecnie stosowanej przez Zamawiającego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odp. Obecnie Zamawiający stosuje pułapkę wodną– nr kat. M1200227
12. Pytanie dotyczy **pakietu 3, poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści elektrody 5x10mm??
Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody o wymiarach 5x10 cm.
13. Pytanie dotyczy **pakietu 3, poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści elektrody 5x5mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
14. Pytanie dotyczy **pakietu 7, poz. 2**
Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odp. Obecnie Zamawiający stosuje czujnik- nr kat. MVAİL.
15. Pytanie dotyczy **pakietu 7, poz. 3**
Prosimy o podanie numeru katalogowego przedłużacza obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odp. Obecnie Zamawiający stosuje przedłużacz- nr kat. 4103(11996-000510
16. Pytanie dotyczy **pakietu 7, poz. 3**
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 240 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR
WSW w Lesznie