

Formularz Cenowo-Techniczny – Część 3

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **12 krzesał oraz 12 materacy do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami** na potrzeby Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprzęt będzie zamontowany w budynkach: A-18 (Rektorat) 2 szt., A-8 – 6 szt., A-29 – 4 szt.

II. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

1. Krzesła ewakuacyjne:

- 1) Krzesło ewakuacyjne pozwalające na ewakuację osoby w dół przez jednego operatora oraz w górę po schodach przez dwóch operatorów w sytuacjach awaryjnych.
- 2) Wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I, potwierdzone certyfikatem CE – norma ISO 13485, certyfikat trudnopalności;
- 3) Maksymalny udźwig: min. 210 kg;
- 4) Uchwyt do przenoszenia po schodach i przez przeszkody;
- 5) Teleskopowy wysuwany uchwyt;
- 6) Uchwyty do przenoszenia po powierzchniach płaskich;
- 7) Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę;
- 8) Kontrolowane tarcie pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem;
- 9) Konstrukcja wykonana z aluminium i stali;
- 10) Materiał siedziska i zagłówka: poliester;
- 11) Podnóżek z blokadą schodową/zjazdu;
- 12) Pasy bezpieczeństwa: podwójne pasy samolotowe;
- 13) Blokada schodowa w zintegrowanym podnóżku zapobiegająca przypadkowemu wjazdowi na schody;
- 14) Wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim;
- 15) Wyrób musi spełniać wymogi rozporządzenia UE 2017/745 oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów tj Dz.U. 2021.22
- 16) Wyposażenie dla każdego krzesła ewakuacyjnego:
 - a) Pokrowiec;
 - b) Znak krzesła ewakuacyjnego;
 - c) Instrukcja obsługi;
 - d) Oznaczenie „krzesło ewakuacyjne/materac ewakuacyjny”.

2. Materac ewakuacyjny:

- 1) Wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I, potwierdzone certyfikatem CE – norma ISO 13485, certyfikat trudnopalności;
- 2) Wykonana z materiału trudnozapalnego (potwierdzonego certyfikatem przy odbiorze przedmiotu zamówienia);
- 3) Maksymalny udźwig: min. 210 kg;

- 4) Wyposażony w 2 poprzeczne uchwyty do przenoszenia w minimum 3 długościach każdy;
- 5) Minimum 4 pasy zabezpieczające;
- 6) Minimum 5 klap zabezpieczających;
- 7) Wymiary: minimum 210 cm x 60 cm (+/- 3cm);
- 8) Trzon materaca stanowi dwie miękkie gąbki o grubości minimum 7 cm, długość minimum 105 cm i szerokość min 60 cm;
- 9) Kieszeń zapobiegająca wysunięciu się osoby ewakuowanej;
- 10) Wyrób powinien spełniać wymogi rozporządzenia UE 2017/745 oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów tj. Dz.U. 2021.22;
- 11) Wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim;
- 12) Wyposażenie dla każdego materaca ewakuacyjnego:
 - a) Znak materac ewakuacyjny;
 - b) Pokrowiec;
 - c) Instrukcja Obsługi;
 - d) Oznaczenie „krzesło ewakuacyjne/materac ewakuacyjny”.
3. Wykonawca musi zagwarantować coroczną certyfikację przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat.
4. Rzuty budynków z zaznaczonymi miejscami montażu stanowią załącznik nr 1.3.1 do SWZ.

B. OFERTA CENOWA I PRZEDMIOTOWA DLA CZĘŚCI 3

Tabela

Oferta cenowa i przedmiotowa dla Części 3						
Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego w pkt. A powyżej	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
2	3	4	5	6	7	8
Krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami		TAK	komplet	12		
Materac do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami		TAK	komplet	12		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w pkt. A i B nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.