

RA-ZP.2610.41.2026.1.MW

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na dostawę oznakowania i sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami (znak sprawy: RA-ZP.2610.41.2026)

- I. W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

Zamawiający w pkt 1) OPZ wskazał, że krzesło ewakuacyjne ma pozwalać na ewakuację osoby w dół przez jednego operatora, a w górę po schodach – przez dwóch operatorów. Jednocześnie w pkt 3) OPZ wymaga maksymalnego udźwigu min. 210 kg. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób jeden operator ma bezpiecznie i samodzielnie ewakuować osobę o masie do 210 kg w dół po schodach, biorąc pod uwagę wymogi bezpieczeństwa pracy oraz zasady ergonomii. Dla porównania, Zamawiający dla materaca ewakuacyjnego – urządzenia obsługiwanego zwykle przez dwóch lub więcej operatorów jednocześnie – zasadnie przyjął ten sam parametr udźwigu 210 kg, co jest logicznie uzasadnione większą liczbą osób biorących udział w transporcie. W przypadku krzesła ewakuacyjnego obsługiwanego przez jednego operatora, wymóg udźwigu na poziomie 210 kg wydaje się nieproporcjonalny do realnych możliwości bezpiecznej ewakuacji jednoosobowej. Sam wysoki udźwig deklarowany przez producenta nie jest tożsamy z bezpieczeństwem użytkowania – o parametrach wytrzymałościowych, jakości i bezpieczeństwie produktu świadczą przede wszystkim wymagane już w OPZ certyfikaty (CE, norma ISO 13485, certyfikat trudnopalności) oraz zgodność z rozporządzeniem UE 2017/745 i ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2021.22), a nie sama liczbowa wartość maksymalnego udźwigu. W związku z powyższym Wykonawca prosi o: Potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści krzesło ewakuacyjne o maksymalnym udźwigu min. 200 kg (+/-10 kg), co w praktyce odpowiada realnym możliwościom bezpiecznej jednoosobowej ewakuacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1.3 do SWZ: *Formularza Cenowo-Technicznego – Część 3: pkt. II.1.3) „Maksymalny udźwig”, w następujący sposób:*

- **dotychczasową treść:** Maksymalny udźwig: min. 210 kg.

- **zastępuje się następującą treścią:** Maksymalny udźwig: min. 190 kg.

- II. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

- III. W załączeniu Zamawiający przekazuje:

1) zmieniony Załącznik nr 1.3 do SWZ: *formularz Cenowo - Techniczny – Część 3 – zmodyfikowany 1.*

P R Z E W O D N I C Z A C Y
K O M I S J I P R Z E T A R G O W E J


mgr inż. Kamila Jędrzejczak

Formularz Cenowo-Techniczny – Część 3 – **zmodyfikowany 1**

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **12 krzesał oraz 12 materacy do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami** na potrzeby Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprzęt będzie zamontowany w budynkach: A-18 (Rektorat) 2 szt., A-8 – 6 szt., A-29 – 4 szt.

II. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

1. Krzesła ewakuacyjne:

- 1) Krzesło ewakuacyjne pozwalające na ewakuację osoby w dół przez jednego operatora oraz w górę po schodach przez dwóch operatorów w sytuacjach awaryjnych.
- 2) Wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I, potwierdzone certyfikatem CE – norma ISO 13485, certyfikat trudnopalności;
- 3) **Maksymalny udźwig: min. 190 kg;**
- 4) Uchwyt do przenoszenia po schodach i przez przeszkody;
- 5) Teleskopowy wysuwany uchwyt;
- 6) Uchwyty do przenoszenia po powierzchniach płaskich;
- 7) Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę;
- 8) Kontrolowane tarcie pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem;
- 9) Konstrukcja wykonana z aluminium i stali;
- 10) Materiał siedziska i zagłówka: poliester;
- 11) Podnózek z blokadą schodową/zjazdu;
- 12) Pasy bezpieczeństwa: podwójne pasy samolotowe;
- 13) Blokada schodowa w zintegrowanym podnózku zapobiegająca przypadkowemu wjazdowi na schody;
- 14) Wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim;
- 15) Wyrób musi spełniać wymogi rozporządzenia UE 2017/745 oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów tj Dz.U. 2021.22
- 16) Wyposażenie dla każdego krzesła ewakuacyjnego:
 - a) Pokrowiec;
 - b) Znak krzesła ewakuacyjnego;
 - c) Instrukcja obsługi;
 - d) Oznaczenie „krzesło ewakuacyjne/materac ewakuacyjny”.

2. Materac ewakuacyjny:

- 1) Wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I, potwierdzone certyfikatem CE – norma ISO 13485, certyfikat trudnopalności;
- 2) Wykonana z materiału trudnozapalnego (potwierdzonego certyfikatem przy odbiorze przedmiotu zamówienia);
- 3) Maksymalny udźwig: min. 210 kg;

- 4) Wyposażony w 2 poprzeczne uchwyty do przenoszenia w minimum 3 długościach każdy;
- 5) Minimum 4 pasy zabezpieczające;
- 6) Minimum 5 klap zabezpieczających;
- 7) Wymiary: minimum 210 cm x 60 cm (+/- 3cm);
- 8) Trzon materaca stanowi dwie miękkie gąbki o grubości minimum 7 cm, długość minimum 105 cm i szerokość min 60 cm;
- 9) Kieszeń zapobiegająca wysunięciu się osoby ewakuowanej;
- 10) Wyrób powinien spełniać wymogi rozporządzenia UE 2017/745 oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów tj. Dz.U. 2021.22;
- 11) Wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim;
- 12) Wyposażenie dla każdego materaca ewakuacyjnego:
 - a) Znak materac ewakuacyjny;
 - b) Pokrowiec;
 - c) Instrukcja Obsługi;
 - d) Oznaczenie „krzesło ewakuacyjne/materac ewakuacyjny”.
3. Wykonawca musi zagwarantować coroczną certyfikację przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat.
4. Rzuty budynków z zaznaczonymi miejscami montażu stanowią załącznik nr 1.3.1 do SWZ.

B. OFERTA CENOWA I PRZEDMIOTOWA DLA CZĘŚCI 3

Tabela

Oferta cenowa i przedmiotowa dla Części 3						
Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego w pkt. A powyżej	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
2	3	4	5	6	7	8
Krzesło do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami		TAK	komplet	12		
Materac do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami		TAK	komplet	12		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w pkt. A i B nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.