

Opiekuńczo-Lecznice w Grojcu
32-615 Grojec, Al. Ogrodowa 1
tel. 33 842 81 36, fax 33 842 89 03
R-000298201 NIP 649-16-69-659

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DOTYCZY: DOSTAWA ODŻYWEK I SPRZĘTU DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO DLA PZOL W GROJCU

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający – Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznice w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, 32-615 Grojec informuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 1 – Fresubin 1200 Complete - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokoenergetyczna - 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe, ω -3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności 345 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 2 – Reconvan - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowa – 22% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i hydrolizat białka pszenicy, z glutaminą i arginina, ponad 50% tłuszczu MCT i omega-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, normokaloryczna – 1 kcal/ml, o osmolarności 270 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 3 - Fresubin Original Fibre - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – 1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna - 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 4 - Fresubin Energy - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokoenergetyczna - 1,5 kcal/ml, normobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 5 – Diben - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (9,3 g / 100 ml), o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna - 1 kcal / ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 6 - Thick & Easy Clear 126 g - zagęszczacz do żywności i napojów na bazie gumy. Bezbarwny, pozbawiony smaku. Nie zawiera laktozy, bezglutenowy. Odporny na działanie amylazy. Do postępowania dietetycznego u osób z zaburzeniami połykania (dysphagia)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 7 - Fresubin Protein Energy Drink - Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), wysokobiałkowa, przeznaczona do żywienia drogą doustną. Klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa. Do postępowania dietetycznego w stanie niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem, w szczególności w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię i białko. Dostępna o smaku: czekoladowym, poziomkowym, orzechowym, owoców tropikalnych, waniliowym oraz cappuccino?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 8 - Fresubin Protein Powder 300g - suplement białka - białko serwatkowe w proszku (proszek rozpuszczalny). Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 13 - Freka GastroTube - Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolne od lateksu i DEHP. W opakowaniu tylko PEG – brak elementów dodatkowych umożliwiających pierwotne założenie.

Rozmiar 15 CH, długość 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 cm³?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści produkty: Poz. 14 - Freka Tube - Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, z prowadnicą umożliwiającą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolne od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit. Rozmiary: 8 CH/120 cm, 10 CH/120 cm, 12 CH/120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SWZ.

Pytanie nr 11:

Dot. zapisu pod pakietem - Prosimy o doprecyzowanie, ile pomp do podaży diet dojelitowych Zamawiający ma na myśli

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidujemy zaopatrzenie w 6-10 pomp przeznaczonych do podaży diet dojelitowych.

DYREKTOR
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
mgr Joanna Saternus