



Siedlce, dnia 05 sierpnia 2026 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

Izabela Floryszczyk

Wykonawcy

- wszyscy –

Nasz znak:

WIW-AD.272.39.2026

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 793) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.39.2026 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie: Pytanie część 2 - wytrząsarki typu Vortex Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o zakresie prędkości 300-2800 obr./min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

lek. wet. Izabela Floryszczyk

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/dokument podpisany elektronicznie/

